



Fwd: PE 11/25 - Equipo de bomba infusora - Pedido de esclarecimentos

4 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

16 de julho de 2025 às 11:20

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Fernando Malkes - BM2** <fernando.malkes@bm2.net.br>

Date: ter., 15 de jul. de 2025 às 10:58

Subject: PE 11/25 - Equipo de bomba infusora - Pedido de esclarecimentos

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados,

Solicito esclarecimento referente à especificação do item 01, lote 01 do referido pregão.

Transcrição do edital:

Equipo em sistema fechado de infusão para a administração de soluções parenterais em bombas de infusão lineares. Estéril e de uso único, com ponta perfurante padrão NBR 14041 (ISO 8536- 4), com protetor, entrada para captação da solução e abertura para descompressão do frasco, equipada com filtro de ar antibacteriológico. Tubo extensor de aproximadamente 280 cm a 285 cm, câmara de gotejamento flexível e translúcida com filtro de partículas de 15µm, pinça rolete de alta precisão com corta-fluxo e dispositivo de segurança contra vazão livre. Possuir injetor lateral tipo "Y" sem agulha e terminação Luer-Lock com tampa protetora. Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo informações do fabricante, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. As bombas infusoras serão fornecidas em regime de comodato.

Questionamento:

Em consulta informal à coordenação do almoxarifado da Saúde sobre esse item, a redação anterior mencionava equipo com câmara graduada para diluição de soluções. O equipo tipo BURETA. A redação atual refere-se à um equipo parenteral que já é solicitado no item 3 do mesmo lote, como descrito abaixo.

Equipo em sistema fechado de infusão para administração de soluções parenterais, para uso em bombas de infusão, com perfurante e gotejador padrão NBR 14041 (ISSO 8536-4), câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15 UM, tubo extensor de PVC com 2,80 m e volume de preenchimento (priming) de 24,04ml, pinça rolete segmento de bombeamento em silicone grau médico de alta precisão, injetor lateral sem látex com pinça incorporada, terminação tipo Spin-Lock (Luer Slip e Luer – Look Conjugados) com tampa protetora contendo membrana hidrófoba (Fluid-Stop). Esterilizados por ETO. Compatível com a bomba infusora que deverá ser entregue em regime de comodato.

Solicita esclarecimento:

O item 01 será referente ao equipo com câmara graduada que é necessário no atendimento da maternidade? Ou os dois itens serão equipos parenterais.

At.te



FERNANDO MALKES
REPRESENTANTE COMERCIAL

✉ fernando.malkes@bm2.net.br
📍 Av. Salvador Allende, 6700, lj 132 e 133.
Recreio dos Bandeirantes.
CEP: 22.790.714
📞 (21) 97322-9726
🌐 bm2.net.br
📧 bm2_representacao_comercial
🌐 linkedin.com/company/bm2-representacao-comercial



Não contém vírus. www.avast.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 17 de julho de 2025 às 13:45
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 17 de julho de 2025 às 14:02
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gestão de Processos SES <gestaodeprocessos.ses@gmail.com> 24 de julho de 2025 às 12:19
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>, "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Resposta a Pedido de Esclarecimento - Pregão 90011/2025

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa BM2 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, informamos o seguinte:

O processo licitatório referente ao Pregão nº 90011/2025 encontra-se temporariamente suspenso em razão de impugnação devidamente protocolizada junto a esta Administração.

Durante este período de suspensão, procederemos à revisão dos descritivos técnicos dos itens 1 a 4, correspondentes aos Lotes 01 e 02, com o objetivo de aprimorar a adequação técnica dos requisitos e promover maior competitividade no certame.

As eventuais alterações nos documentos da licitação e a retomada do processo serão divulgadas por meio de novo aviso de licitação, conforme estabelece a legislação vigente. Recomendamos às empresas interessadas o acompanhamento regular das publicações oficiais.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SECRETARIA
DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



Jonathan P. Chaves

Subsecretário de Gestão Administrativa

(22) 2522-0661 (ramal: 9256)

Av. Alberto Braune, 224 - Sala 221 -
Centro - Nova Friburgo - RJ