

	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.006	Emissão 02/2022	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
ANVISA Nº80163570005**

FINALIDADE:

Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata-se de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes entubados em ventilação mecânica, a presença de tubo artificial impede que o paciente faça o mecanismo normal de limpeza das vias aéreas e aumenta a produção de secreções.

COMPOSIÇÃO:

1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, cilíndrica semi-rígida.
2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda de aspiração.
3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriço sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação. Calibres de 04 ao 24FR com comprimento de 48 cm. Sonda com válvula digital, calibres 04 ao 20FR sendo seu comprimento: 04 ao 08 - 40 cm ou 50 cm, 10 ao 20 - 48 cm ou 50 cm.
4. Dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
5. Possui a extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
6. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



**COD: 10101120 – SONDA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL Nº 12**
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570005



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Alteração no comprimento
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".

