

Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 90134/2024 - PROCESSO Nº 13.018/2024

5 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

25 de outubro de 2024 às 16:43

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Cruzel Comercial** <cruzel@cruzel.com.br>

Date: sex., 25 de out. de 2024 às 16:24

Subject: ESCLARECIMENTO - PE 90134/2024 - PROCESSO Nº 13.018/2024


To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa Tarde, Prezados!

Solicito esclarecimento referente ao item 18 do termo de referência. Qual seria o modelo do coletor de urina comum ou com câmara de pasteur?

Pois no descritivo do item cita "Com proteção e acomodação do tubo", também conhecido como "Coldre", sendo que este "Coldre" só é encontrado em modelos com câmara de pasteur.

Segue imagem abaixo como referência



Atenciosamente;

Guilherme Ribeiro

Cruzel Comercial

Tel. (11) 2768-4688

CNPJ: 19.877.178/0001-43



🌱 Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

29 de outubro de 2024 às 09:40

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Cruzel Comercial** <cruzel@cruzel.com.br>

Date: seg., 28 de out. de 2024 às 13:11

Subject: Re: ESCLARECIMENTO - PE 90134/2024 - PROCESSO Nº 13.018/2024

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa Tarde, Prezados!

Reitero sobre meu pedido de esclarecimento conforme email anterior.
Fico no aguardo

--

Atenciosamente;

Guilherme Ribeiro

Cruzel Comercial
Tel. (11) 2768-4688
CNPJ: 19.877.178/0001-43



🌱 Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com>

29 de outubro de 2024 às

09:51

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

29 de outubro de 2024 às

11:43

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Segue resposta da unidade requisitante.

Att.

Igor Faria
GPCC - SMS

----- Forwarded message -----

De: **ATENÇÃO HOSPITALAR SMS** <smsnf.atencaohospitalar@gmail.com>

Date: ter., 29 de out. de 2024 às 11:38

Subject: Re: ESCLARECIMENTO - PE 90134/2024 - PROCESSO Nº 13.018/2024

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia,
Considerar o modelo com câmara de Pauster.
Att,
Leslie Moura
207520

Em ter., 29 de out. de 2024 às 10:10, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Leslie, bom dia!

Segue questionamento do Pregão.

Abaixo, especificação do item solicitado:

Item 18 - Coletor de Urina Sistema Fechado - Antirrefluxo – 2000ml - Clamp no tubo extensor para vedação e no tubo de saída para desmame. Alça de sustentação para fixação no leito. Bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, transparente, graduada e com identificação para o paciente; tubo de saída centralizado e verticalizado, com proteção e acomodação do tubo, conector adaptado para sondas Foley. Estéril

Solicitamos urgência, Pregão agendado para 31/10/24.

Att.

Igor Faria
GPCC - SMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



SECRETARIA
DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--



SECRETARIA
DE SAÚDE

Subsecretaria de Atenção Hospitalar

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: smsnf.atencaohospitalar@gmail.com

--



SECRETARIA
DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Para: Cruzel Comercial <cruzel@cruzel.com.br>

29 de outubro de 2024 às
15:55

[Texto das mensagens anteriores oculto]