

**COMPRESSA DE GAZE QUEIJO****FTP-0007**

Elaborado Luciane Padilha	Aprovado Peterson H. Gomes	Data 28/09/2022	Revisão 00	Página 1 de 1
------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------	------------------

Atendimento à RDC nº 431/2020

Indicação: Absorção de líquidos ou secreções em cirurgias e curativos em geral.

Composição: Tecido hidrófilo 100% algodão ou misto, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido). Seu tecido é neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido. Suas dobras são para o lado de dentro, uniformemente enrolado sobre si, não permitindo que haja fios soltos. Pode conter ou não elemento radiopaco, que é um material inócuo, impregnado com no mínimo 55% de sulfato de bário, que apresenta radiopacidade ao raio x. Produto não estéril, podendo ser esterilizado pelos processos de óxido de etileno ou raios gama.

Orientação de uso: Em feridas abertas deve-se esterilizar antes do uso e aplicar a compressa sobre a área que esteja necessitando de absorção. **PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO.** Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Condições de Armazenamento: Manter em lugar fresco e seco, ao abrigo de poeiras e umidade.

Validade: Enquanto a embalagem for mantida intacta e armazenada em local adequado, sua validade é de 5 anos.

Apresentação: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 28 e 30 fios/cm², nas medidas (largura x comprimento) de: 5 a 160 cm x 1 a 150 m (aberta). Com ou sem elemento radiopaco.

Registro na Anvisa: 80205290006.

ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**AFE Cadastro Nº 8.02052-9 (K27474XW1180)**

Rua Ortofen, 02 a 08 – Jardim Brasil – Porto Feliz-SP

CEP: 18540-000 – CNPJ: 04.890.798/0001-45

Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor: (15) 3262.5549 / 3262.5589 – Site: www.ortofen.com.br**Responsável Técnico:** Luciane Viapiana Padilha – CRF/SP: 29.345