


PERFECTUS

Descrição Técnica: Agulha aspirativa para transplante de medula óssea (Mielograma)

Nome Comercial: Perfectus


Marca: Medax

Fabricante: Medax Medical Devices



Empunhadura
Removível

Limitador de profundidade
com rosca ajustável e removível



Conector luer lock permite o
encaixe da seringa

Tamanho (mm)	Diâmetro (Ga)			
	Verde escuro 14	Azul 15	Branco 16	Rosa 18
20	PS 14 020-10	PS 15 020-10	PS 16 020-10	PS 18 020-10
30	PS 14 030-10	PS 15 030-10	PS 16 030-10	PS 18 030-10
35	PS 14 035-10	PS 15 035-10	PS 16 035-10	PS 18 035-10
40	PS 14 040-10	PS 15 040-10	PS 16 040-10	PS 18 040-10
45	PS 14 045-10	PS 15 045-10	PS 16 045-10	PS 18 045-10
50	PS 14 050-10	PS 15 050-10	PS 16 050-10	PS 18 050-10
55	PS 14 055-10	PS 15 055-10	PS 16 055-10	PS 18 055-10
60	PS 14 060-10	PS 15 060-10	PS 16 060-10	PS 18 060-10
65	PS 14 065-10	PS 15 065-10	PS 16 065-10	PS 18 065-10
70	PS 14 070-10	PS 15 070-10	PS 16 070-10	PS 18 070-10
75	PS 14 075-10	PS 15 075-10	PS 16 075-10	PS 18 075-10
80	PS 14 080-10	PS 15 080-10	PS 16 080-10	PS 18 080-10
85	PS 14 085-10	PS 15 085-10	PS 16 085-10	PS 18 085-10
90	PS 14 090-10	PS 15 090-10	PS 16 090-10	PS 18 090-10
95	PS 14 095-10	PS 15 095-10	PS 16 095-10	PS 18 095-10
100	PS 14 100-10	PS 15 100-10	PS 16 100-10	PS 18 100-10

Registro ANVISA: 80634880049

Prazo de Validade: 5 anos

Embalagem: Unitária - Blister

PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO
POR ÓXIDO DE ETILENO
PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO
REUTILIZAR OU REPROCESSAR

DESCRIÇÃO:

Utilizadas para coleta de material para transplante de medula óssea, e administração de medicamentos. Para procedimento em neonatal a agulha deve ser introduzida na tibia.

As medidas mais utilizadas são:

Pediatria: gauge 18

Adulto: gauge 15 e 16

O profissional que faz o mielograma e transplante de medula óssea é o médico Hematologista.

Cânula Externa siliconizada facilita a penetração.

DETALHES:

- Ajustável - Possui recuo de 2,5 cm utilizando sistema de rosca.
- Desmontável.
- Ponta ecogênica.