



ANÁLISE TÉCNICA PE 90.083 - 2024 - P.A 31.131/2023.

Amanda Oliveira Guimaraes Quima <amanda.biologa@hotmail.com>

5 de setembro de 2024 às 17:02

Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, Secretaria de Saúde
<gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde

Após análises dos arquivos anexados I, II e III segue as considerações e observações.
Qualquer duvida ou esclarecimento estou à disposição:

LOTE 1 – ELETRÓLITOS SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO-ÍON E CLORO

R:Aprovado

LOTE 2 – GASOMETRIA

R:Aprovado

LOTE 3 – BIOQUÍMICA

R:Aprovado

LOTE 4 – HEMATOLOGIA

R:Aprovado

LOTE 5 – COLETA DE SANGUE

Obs.1: Não foi encontrado no anexo o folder do aparelho solicitado no termo de referência. A empresa vencedora deste lote deverá colocar 01 (UM) aparelho com as seguintes características: Aparelho portátil visualizador de veias para auxiliar nas coletas mais difíceis com as seguintes características: Tecnologia Infrared-nir que interage com a hemoglobina projetando a imagem da veia por luz de led sem nenhum efeito colateral, permitindo a visualização de veias com até 10mm de profundidade. Todos os itens deste lote deverão ser da mesma marca ofertada. A empresa vencedora deste lote deverá apresentar registro dos produtos e equipamentos, folder do equipamento ofertado.

Obs.: 2

Ítem 67: Tubo para micro coleta de EDTA K2 com tampa perfurável, dimensão 13x75mm

R: O ítem não possui dimensão 13x75mm, o que inviabiliza a utilização do tubo na rotina de Hematologia, uma vez que o equipamento do laboratório possui sistema de auto loader, ou seja, carregamento automático das amostras, essa rack de carregamento das amostras trabalha com tubos na medida 13x75mm. E não possui tampa perfurável.

Ítem: 70 : Escalpe 23G com dispositivo de segurança ativado por um botão que recolhe a agulha de dentro da veia do paciente

R: No folder apresentado não está escrito que recolhe a agulha automaticamente.

Ítem 71: Escalpe 25G com dispositivo de segurança ativado por um botão que recolhe a agulha de dentro da veia do paciente

R: No folder apresentado não está escrito que recolhe a agulha automaticamente.

Ítem 72: Escalpe 27G com dispositivo de segurança ativado por um botão que recolhe a agulha de dentro da veia do paciente

R: No folder apresentado não está escrito que recolhe a agulha automaticamente.

Obs.: os itens 71,72,73 é necessário esse dispositivo pois evitamos contaminação do profissional que está realizando a coleta. Atendemos diretamente a emergência e trauma do HMRS, atendemos pacientes soro positivos e pacientes psiquiátricos e presamos a segurança dos profissionais e dos pacientes atendendo a NR32 anexo III item 6.

LOTE 6 – DESCARTÁVEIS

R:Aprovado

LOTE 7 – MATERIAL PARA IMUNOLOGIA

R:Aprovado

LOTE 8 – TESTES IMUNOLÓGICOS POR IMUNOFLUORESCÊNCIA

R:Aprovado

LOTE 9 – MATERIAL PARA BACTERIOLOGIA

R:Aprovado

LOTE 10 – MATERIAL PARA PROVAS DE COAGULAÇÃO

R:Aprovado

LOTE 11 – MATERIAL PARA URINÁLISE

R:Aprovado

LOTE 12 – MARCADORES CARDÍACOS

R:Aprovado

LOTE 13 – MARCADOR INFLAMATÓRIO

R: O folder apresentado do aparelho não tem as características solicitadas no edital.

Os testes (cassetes) ofertado (finecare) não realiza identificação automática dos testes via QR Code, desta forma não atende o edital.

“A empresa vencedora do lote 13 deverá ofertar em caráter de comodato um equipamento para análise de testes imunológicos por imunofluorencência utilizando o marcador európio, com impressora interna,

identificação automática dos testes através de QR code, resultados qualitativos ou quantitativos liberados em COI.”

LOTE 14 – MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIDRARIA

R:Aprovado

LOTE 15 – EQUIPAMENTOS (PATRIMÔNIOS)

R: Aprovado

Att

Amanda O. G. Quima
Bióloga CRBIO:057849/02
Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF 063295
Hospital Municipal Raul Serã.
[Rua General Osório nº324- Centro Nova Friburgo- RJ](#)
Cep: 28625-630 (22025242-300 Ramal
(22)997995880

De: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 17:21

Para: amanda.biologa@hotmail.com <amanda.biologa@hotmail.com>; Secretaria de Saúde
<gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Assunto: ANÁLISE TÉCNICA PE 90.083 - 2024 - P.A 31.131/2023.

[Texto das mensagens anteriores oculto]