

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 250/2023 - 985867 - 7,8 9.

4 mensagens

Editais <editais@cei-brasil.com>

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

15 de jan

Prezada Comissão, Bom dia!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimentos referente aos itens 7, 8 e 9, no qual as descrições que constam no termo de referência mencionam somente o número / calibre, não as medidas.

Por gentileza poderiam nos informar quais medidas a Instituição necessita para esses itens?

7	440113	SONDA DE GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL (BOTTON) N° 16
8	440122	SONDA DE GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL (BOTTON) N° 20
9	440130	SONDA DE GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL (BOTTON) N° 24

Para facilitar a análise do nosso pedido de esclarecimento, seguem abaixo informativo onde constam calibres e medidas.

N° de ref.	Tamanho (diâmetro externo)	Comprimento da estoma	Volume recomendado d
0120-16-0.8	16 Fr	0,8cm	Balão de 5 ml
0120-16-1.0	16 Fr	1cm	Balão de 5 ml
0120-16-1.2	16 Fr	1,2cm	Balão de 5 ml
0120-16-1.5	16 Fr	1,5cm	Balão de 5 ml
0120-16-1.7	16 Fr	1,7cm	Balão de 5 ml
0120-16-2.0	16 Fr	2cm	Balão de 5 ml
0120-16-2.3	16 Fr	2,3cm	Balão de 5 ml
0120-16-2.5	16 Fr	2,5cm	Balão de 5 ml
0120-16-2.7	16 Fr	2,7cm	Balão de 5 ml
0120-16-3.0	16 Fr	3cm	Balão de 5 ml
0120-16-3.5	16 Fr	3,5cm	Balão de 5 ml
0120-16-4.0	16 Fr	4cm	Balão de 5 ml
0120-16-4.5	16 Fr	4,5cm	Balão de 5 ml

Nº de ref.	Tamanho (diâmetro externo)	Comprimento da estoma	Volume recomen
0120-20-0.8	20 Fr	0,8cm	Balão d
0120-20-1.0	20 Fr	1cm	Balão d
0120-20-1.2	20 Fr	1,2cm	Balão d
0120-20-1.5	20 Fr	1,5cm	Balão d
0120-20-1.7	20 Fr	1,7cm	Balão d
0120-20-2.0	20 Fr	2cm	Balão d
0120-20-2.3	20 Fr	2,3cm	Balão d
0120-20-2.5	20 Fr	2,5cm	Balão d
0120-20-2.7	20 Fr	2,7cm	Balão d
0120-20-3.0	20 Fr	3cm	Balão d
0120-20-3.5	20 Fr	3,5cm	Balão d
0120-20-4.0	20 Fr	4cm	Balão d
0120-20-4.5	20 Fr	4,5cm	Balão d

Nº de ref.	Tamanho (diâmetro externo)	Comprimento da estoma	Volume recomen
0120-24-1.5	24 Fr	1,5cm	Ba
0120-24-1.7	24 Fr	1,7cm	Ba
0120-24-2.0	24 Fr	2cm	Ba
0120-24-2.3	24 Fr	2,3cm	Ba
0120-24-2.5	24 Fr	2,5cm	Ba
0120-24-2.7	24 Fr	2,7cm	Ba
0120-24-3.0	24 Fr	3cm	Ba
0120-24-3.5	24 Fr	3,5cm	Ba
0120-24-4.0	24 Fr	4cm	Ba
0120-24-4.5	24 Fr	4,5cm	Ba

Atenciosamente;

Carlos Henrique

Licitações

licitacoes@cei-brasil.com

21 3525-9450 / fax 21 3525-9456



AVENIDA DAS AMÉRICAS 3500 | BLOCO 1 | GRUPO 206 | RIO DE JANEIRO | RJ | 22640-102

"Esta mensagem é endereçada exclusivamente ao seu destinatário e poderá conter informações confidenciais. O uso não autorizado de tais informações é proibido e estará sujeita a penalidade cabível.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties".

 CAT MIC KEY II AVANOS.pdf
19446K

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

15 de janeiro de 2024 às 14:20

Bom dia,

Encaminho pedido de esclarecimento da empresa, CEI-Brasil na forma que dispõe o item 24.2 Edital do Pregão Eletrônico nº 250/2023, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

24.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

P.A 6.809/2023

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Prazo para resposta: 26/01/2024.

Atenciosamente

Jonathan P. Chaves
Pregoeiro - Comissão de Pregão II
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

29 de janeiro de 2024 às 08:51

Bom dia!

Segue resposta da unidade requisitante.

Att.

Igor Faria
GPCC - SMS

----- Forwarded message -----

De: **Raul Sertã** <hmrs.direcao@gmail.com>
Data: sex., 26 de jan. de 2024 às 18:18
Subject: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 250/2023 - 985867 - 7,8 9.
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **rodrigomelofernandes@bol.com.br** <rodrigomelofernandes@bol.com.br>
Data: sex., 26 de jan. de 2024 às 17:56
Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 250/2023 - 985867 - 7,8 9.
Para: Raul Sertã <hmrs.direcao@gmail.com>

Boa tarde, trabalhamos com comprimento de sonda/cateter/bottom entre 4,0 e 10,0 cm,válido para todos os calibres solicitados.

De: "Raul Sertã" <hmrs.direcao@gmail.com>
Enviada: 2024/01/24 21:37:29
Para: **rodrigomelofernandes@bol.com.br**
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 250/2023 - 985867 - 7,8 9.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Data: qua., 24 de jan. de 2024 às 10:21
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 250/2023 - 985867 - 7,8 9.
Para: Raul Sertã <hmrs.direcao@gmail.com>, ATENÇÃO HOSPITALAR SMS <smsnf.atencaohospitalar@gmail.com>

Prezados, bom dia.
Segue questionamento da empresa referente ao PA de Materiais para Endoscopia.
Solicitamos resposta.

Att.:

--

**Secretaria Municipal de Saúde****Gestão de Processos, Contratos e Convênios****(22) 2522-0661 / 2522-0669****gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prezada Comissão, Bom dia!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Secretaria Municipal de Saúde****Gestão de Processos, Contratos e Convênios****(22) 2522-0661 / 2522-0669****gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com**

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Editais <editais@cei-brasil.com>

29 de janeiro de 2024 às 14:28

Prezados, boa tarde.

Conforme solicitado, segue resposta do setor técnico requisitante ao pedido de esclarecimento formulado:

" Boa tarde, trabalhamos com comprimento de sonda/cateter/bottom entre 4,0 e 10,0 cm,válido para todos os calibres solicitados".
rodrigomelofemendes@bol.com.br

Atenciosamente,

Jonathan P. Chaves
Pregoeiro - Comissão de Pregão II
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]