

**LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO**

À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37  
RUA MACAÚBA, LOTE 1  
ÁGUAS CLARAS  
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

**Entrada: 5313/2018**

**Data de Recepção das Amostras : 2018/06/14**

**Observações**

**N. Amostras - V/Referência**

8650/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

**Ensaio(s) Requerido(s)**

Controlo Microbiológico  
Campo Cirúrgico Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/06/14 e 2018/07/06.

V.N.FAMALICÃO, 10 de Julho de 2018

COORDENADOR  
DO LABORATÓRIO



(Pedro Santos)

**NOTAS:**

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação                      l.d. - limite de detecção                      n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

**LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO**

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
8650 /2018	SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50	Amostras de tecido não têxtil

**Ensaio/Norma:** \* *Controlo microbiológico / ISO 11737-1*

**Resultados**

Número total de germes aeróbios viáveis	
Bactérias e Fungos (UFC/g)	2,06 x 10 <sup>2</sup>
Bactérias: 30-35°C (UFC/g)	5,49 x 10 <sup>1</sup>
Fungos: 20-25°C (UFC/g)	1,51 x 10 <sup>2</sup>

**Condições de Ensaio**

Solução de extracção:	Solução peptona tamponada
Volume de solução:	100 ml
Exame da amostra:	Incorporação em placa
Meio incubação bactérias:	Tryptic Soy Agar
Meio incubação fungos e leveduras:	Sabouraud Dextrose Agar
Réplicas:	5
Massa das réplicas (g):	10,27 +/- 0,17
(média +/- desv pad)	