

---

## Solicitação de Esclarecimento

4 mensagens

---

**alice.oliveira@gruponutrir.net.br** <alice.oliveira@gruponutrir.net.br>  
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com

4 de dezembro de 2023 às 09:03

Prezados, bom dia!

Solicito por gentileza o esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 0234/2023. Esclarecimentos seriam referente a:

seringa solicitada se trata de seringa comum? A bomba solicitada para equipo se trata da bomba para soro? E por último em relação ao item 10 o frasco solicitado seria frasco para aspirador cirúrgico?

A resposta destes são de extrema importância para nossa empresa, para que possamos vir a participar.

Ciente de vossa colaboração, desde já agradeço pela atenção dispensada.

--

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente.



**Alice Oliveira**

Auxiliar Administrativo

Fone: (32) 3721-9764

[alice.oliveira@gruponutrir.net.br](mailto:alice.oliveira@gruponutrir.net.br)

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

4 de dezembro de 2023 às 10:37

Para: Assistência Farmacêutica <Assistenciafarmaceuticanf@gmail.com>, Almoxarifado PMNF SAÚDE <almoxarifado.sms.pmnf@gmail.com>, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia,

Encaminho pedido de esclarecimento da empresa, NUTRIR na forma que dispõe o Edital do Pregão Eletrônico nº 234/2023, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

29.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

P.A 16.611/2023

Prazo para resposta: 13/12/2023.

Atenciosamente

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

4 de dezembro de 2023 às  
14:19

Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta da unidade requisitante.

Att.

Igor Faria  
GPCC - SMS

----- Forwarded message -----

De: **Anelisa Viana** <[vianaanelisa@gmail.com](mailto:vianaanelisa@gmail.com)>

Date: seg., 4 de dez. de 2023 às 13:11

Subject: Re: Solicitação de Esclarecimento

To: Secretaria de Saúde <[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)>

Prezados boa tarde,

A seringa solicitada, é a seringa que encaixa perfeitamente na bomba. Nesse caso, seringa e bomba precisam ser compatíveis.

Assim como o equipo e a bomba. As bombas solicitadas no processo, são bombas para infusão de soluções parenterais, e logo, os equipos que estão no processo precisam encaixar perfeitamente na bomba que são fornecidas pela empresa contemplada pelo processo de equipos.

Obrigada

Em seg., 4 de dez. de 2023 às 12:29, Secretaria de Saúde <[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)> escreveu:

Anelisa, boa tarde!

Segue questionamento enviado pelo Pregão, quanto ao PA 16611/23 - Equipos e Seringas para bomba de infusão.

Att.

Igor Faria  
GPCC - SMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**Secretaria Municipal de Saúde**

**Gestão de Processos, Contratos e Convênios**

**(22) 2522-0661 / 2522-0669**

[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)



**Secretaria Municipal de Saúde**

**Gestão de Processos, Contratos e Convênios**

**(22) 2522-0661 / 2522-0669**

[gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com](mailto:gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com)

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: alice.oliveira@gruponutrir.net.br

4 de dezembro de 2023 às 14:21

Boa tarde,

Segue resposta do setor técnico requisitante em atenção ao pedido de esclarecimento.

A seringa solicitada, é a seringa que encaixa perfeitamente na bomba. Nesse caso, seringa e bomba precisam ser compatíveis.

Assim como o equipo e a bomba. As bombas solicitadas no processo, são bombas para infusão de soluções parenterais, e logo, os equipos que estão no processo precisam encaixar perfeitamente na bomba que são fornecidas pela empresa contemplada pelo processo de equipos.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]