



Nova Friburgo, 08 de março de 2024.

MEMO N° 002/2024

De: Área Técnica de DANT - Doenças e Agravos Não Transmissíveis
Ricardo Claus Armond Bravo

Para: Gestão de processos, Contratos e Convênios - SMS
Higor de Barros Pinto

Assunto: Resposta a Processo n° 2.892/2024-Recurso da empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ONDONGO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA -Processo n° 16.613/2023-Pregão Eletrônico n° 224/2023.

Prezado,

Com cordiais cumprimentos, vimos por meio deste após análise minuciosa dos argumentos apresentados, gostaríamos de esclarecer alguns pontos cruciais que justificaram a desclassificação da empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ONDONGO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA, a qual oferta a marca GlucoLeader, no referido certame.

Cabe esclarecer que a empresa não foi desclassificada com base na quantidade de tiras. A competência da coordenação se limitava apenas ao item 1, que a empresa atende, conforme mencionado no MEMO n. 005/2023.

Além disso, as exigências técnicas não se limitam apenas à embalagem, mas também incluem critérios relacionados à compatibilidade com os aparelhos de monitoramento de glicemia em uso nos estabelecimentos de saúde municipais. **A falta de conformidade com esses critérios, como a ausência de codificação automática, compromete a segurança e a confiabilidade dos resultados dos exames, colocando em risco a saúde dos pacientes.** O argumento também se sustenta pauta na experiência de outras prefeituras em relação ao aparelho correto ofertado pela empresa, tal como nos documentos aqui anexados.

É importante ressaltar que a licitação não se restringe apenas ao critério de preço, mas busca garantir a qualidade e a segurança dos produtos adquiridos, especialmente quando se trata de insumos médico-hospitalares. Nesse sentido, a avaliação técnica realizada durante o processo licitatório considerou não apenas o cumprimento das exigências editalícias, mas também a adequação dos produtos às necessidades específicas dos serviços de saúde municipais, visando assegurar a qualidade da assistência prestada à população.

Diante do exposto, mantemos nossa decisão de desclassificar a empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ONDONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA do certame em questão. Ressaltamos que o procedimento licitatório foi conduzido de acordo com os princípios legais que regem a administração pública, garantindo a igualdade entre os concorrentes e a transparência do processo.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,



Ricardo Claus Armond Bravo
Coordenação DANT
Mat. 299098



Dra. Ana Clara Iorio
FARMACÊUTICA
CR-FR 10451
DIRETORIA DE MATERIAIS

Ana Clara Iorio
Coordenação Assistência Farmacêutica
Mat. 062342



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Proc. 2882124
Rubrica D Folha 13

Memorando n.º 190 /2020– DAFC/SESAU

Ref. Análise de Amostra PE 38/2020.

Caraguatatuba, 09 de setembro de 2020.

Prezado Senhor,

Atestamos que as empresas detentoras das propostas melhores classificadas no **Pregão Eletrônico 38/2020** encaminharam as amostras dos itens conforme abaixo informado.

Declaramos que, após avaliação técnica dos produtos apresentados, as amostras foram:

EMPRESA VENCEDORA	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	SITUAÇÃO
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	12	TIRAS REAGENTES	AMOSTRA REPROVADA

MOTIVO: O aparelho GlucoLeander tem sua funcionalidade de difícil acessibilidade para a maioria dos pacientes, considerando que tecnologia do GlucoLeander é recente no mercado, e o mesmo exigirá do município a capacitação de toda equipe técnica, bem como dos pacientes diabéticos insulínodos dependentes.

Segue apontamentos que possam dificultar o uso do aparelho sem a capacitação dos pacientes para o uso correto do GlucoLeander:

1- O aparelho pede o número do código das tiras, ou seja, o paciente vai ter que mudar o código manualmente no aparelho toda vez que trocar o lote das tiras. (para pacientes idosos ou com pouca escolaridade será difícil o manuseio do aparelho, pois o paciente terá que aprender a configurar e procurar o código das tiras, e ter que se lembrar da troca do número do código toda vez que trocar de lote, para que consiga realizar o teste de forma correta).

2- O aparelho pede para que seja ajustado manualmente o modo do teste: **antes da refeição e pós-refeição**, para que o paciente obtenha o resultado do teste glicêmico. (para pacientes idosos ou com pouca escolaridade



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

será difícil o manuseio do aparelho, pois o paciente terá que aprender manualmente a configurar essa função no aparelho e terá que se lembrar de mudar o modo do aparelho sempre que for realizar o teste, caso contrário não terá um resultado fidedigno).

3- o aparelho pede para aplicar o sangue na janela de absorção da tira, e após testes feitos com o aparelho, **foi verificado que o sangue deve ser aplicado na lateral da janela**, e quando o sangue é aplicado na parte de cima da janela, o aparelho não faz o reconhecimento e não faz absorção e automaticamente após alguns minutos o mesmo desliga. Cabe ressaltar que a falta de uma simples informação de como aplicar o sangue na tira faz toda diferença para um paciente que está recebendo um monitor novo.

Ressaltamos que resultados alterados podem induzir o paciente a erro e levar à administração equivocada da medicação, e com isso **sofrer sérios danos, e até mesmo vir a óbito dependendo da gravidade de seus quadros clínicos.**

Considerando que, é notório e de conhecimento público que estamos enfrentando uma pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), com impactos talvez nunca antes imaginados.

Considerando que, pacientes diabéticos insulínodos dependentes fazem parte do grupo de risco.

Considerando que, **temos cadastrados atualmente 1.595 pacientes insulínodos dependentes**, dentre eles recém-nascidos, crianças até 12 anos, gestantes e idosos com mais de 90 anos.

Considerado a grande demanda do PROGRAMA HIPERDIA no município, e na intenção de minimizar esses impactos causados pelo (COVID-19) e cumprir as políticas de distanciamento social e de conscientização da população sobre a procura dos serviços de menor complexidade (UBS's).

Cabe destacar que no momento atual da pandemia do (COVID-19), não é viável a troca das tiras e monitores dos pacientes insulínodos dependentes, visto que, no momento **não teremos como capacitar esses pacientes para o uso correto do novo monitor GlucoLeander.**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPRESA VENCEDORA	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	SITUAÇÃO
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	05	CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO N°10	AMOSTRA REPROVADA
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	06	CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO N°12	AMOSTRA REPROVADA

MOTIVO: O cateter uretral hidrofílico da marca GentleCath Glide NÃO atende o descritivo, o mesmo necessita do acionamento de uma bolsa com produto lubrificante para uso, dificultado a realização do cateterismo em pacientes com baixa destreza manual, sendo assim, a amostra do cateter GentleCath Glide foi reprovada, pois o mesmo **não é para pronto uso.**

Diante de todo exposto, justifica-se a reprovação das amostras apresentadas.

Atenciosamente,

Andréa Ap. Ferreira Silva
Resp. Cont. Monit. do Almoxarifado
Matrícula 15.469
Secretaria Municipal de Saúde

Ediana Botelho Cordeiro
Técnica de Enfermagem
Matrícula 16.502
Secretaria Municipal de Saúde

A/C.

Ricardo Balbino

Área de Licitação – SECAD

Caraguatatuba/SP

**HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG)
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

Vitória-ES, 28 de setembro de 2023

Comunicação Interna Nº 25/2023

**Para a sra Juliana
Farmacêutica do CAF**

Prezada,

Em virtude do encaminhamento de material médico hospitalar para avaliação por este serviço, descrevo a seguir as observações realizadas durante os testes.

Material testado:
TIRA REAGENTE GLICEMIA MARCA GLUCO LEADER ENHANCE II
LOTE C4H0201
DATA DE FABRICAÇÃO 02/2023
VALIDADE 02/2025

Entre os dias 27 e 29 de setembro do corrente realizamos testes em 8 pacientes internados nesta instituição sendo utilizados os materiais acima descritos e também as fitas reagentes em uso atualmente dentro no Hospital, bem como seus respectivos aparelhos de monitorização, usando a mesma amostra de sangue, no mesmo momento e nas mesmas condições.

Paciente	Resultado com aparelho/tira em uso na Instituição	Resultado aparelho /tira MARCA GLUCO LEADER ENHANCE II	Diferença entre os resultados
1	102	90	12 mg/dl
2	84	83	1 mg/dl
3	69	103	34 mg/dl
4	95	112	17 mg/dl
5	98	111	12 mg/dl
6	97	A tira não leu a amostra de sangue	-
7	83	Por 2 vezes a tira não leu a amostra de sangue	-
8	88	A tira não leu a amostra de sangue	-

Analisando a tabela acima é possível identificar uma notável discrepância entre os resultados dos 2 aparelhos, bem como a inadequação do material em teste quanto a absorção da gota de fluido sanguíneo de 3 pacientes

Desta maneira, consideramos inadequado o material TIRA REAGENTE GLICEMIA MARCA GLUCO LEADER ENHANCE II LOTE C4H0201 DATA DE FABRICAÇÃO 02/2023 VALIDADE 02/2025


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Cintia Mara Vargas – Enfª SCIH
Fernanda Sales Lopes – Enfª SCIH
Rafaela Altoé de Lima – Infectologista Pediátrica – SCOREN/ES 24.390



Cintia Mara Vargas
Enfermeira



**COMISSÃO DE CONTROLE
DE INFECÇÃO HOSPITALAR
HINSG**

ATESTADO DE ANÁLISE DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

**1 - PROCESSO: 2023-GZV7W
PREGÃO Nº 0191/2023**

2 - IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Lote 01: TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR ACO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; FAIXA DE HEMATOCRITO DE 20 - 65% COMPROVADA POR MEIO DA BULA DO PRODUTO, PARA MEDICOES SEGURAS EM NEONATOS, GESTANTES, ETILISTAS CRONICOS, ANEMICOS, TABAGISTAS, PACIENTES ONCOLOGICOS DENTRE OUTROS; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 °C; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO CONTENDO 50 OU 100 UNIDADES, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS ORIGINAIS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE UM GLICOSIMETRO PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DAS TIRAS REAGENTES; CERTIFICACAO: REGISTRO ANVISA, BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E LAUDO DE COMPROVACAO DE ACURACIDADE CONFORME EXIGENCIA ISO 15197/2013; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

**MARCA: GLUCO LEADER ENHANCE II
QUANT. DE AMOTRAS: 01 CAIXA (50TIRAS) + GLICOSÍMETRO
DATA DO ENCAMINHANTO: 25/09/2023**

AVALIADOR (A):

Enfe Cintia Maria Vargo

AVALIAÇÃO DO PRODUTO

- | | | |
|--|--|--|
| A) CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RÓTULO E/OU EMBALAGEM | <input checked="" type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> NÃO |
| B) QUALIDADE DO MATERIAL | <input type="checkbox"/> BOA | <input checked="" type="checkbox"/> RUIM |
| C) FUNCIONALIDADE | <input type="checkbox"/> SATISFATÓRIA | <input checked="" type="checkbox"/> INSATISFATÓRIA |
| D) SEGURANÇA | <input type="checkbox"/> SATISFATÓRIA | <input checked="" type="checkbox"/> INSATISFATÓRIA |
| E) MANUSEIO DO MATERIAL | <input checked="" type="checkbox"/> FÁCIL | <input type="checkbox"/> DIFÍCIL. JUSTIFIQUE |
| F) ABERTURA DA EMBALAGEM | <input checked="" type="checkbox"/> ADEQUADA | <input type="checkbox"/> INADEQUADA |
| G) MATERIAL DE CONFECÇÃO | <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> RUIM |

OBSERVAÇÕES:

Seguem conforme EI 25 anexos

AMOSTRAS:

☐ APROVADA

☒ REPROVADA


**COMISSÃO DE CONTROLE
DE INFECÇÃO HOSPITALAR
HINSG**

Rua Mary Ubirajara, nº 205, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP: 29056-030
hinsg.caf@saude.es.gov.br

Tel.: (27) 3636-7507


**Cintia Maria Vargo
Enfermeira
COREN/ES 94.596**


 Governo do Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Jacareí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00131/2020 (SRP) - Licitação abandonada

Às 09:09 horas do dia 09 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 804 de 17/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 80, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00131/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de fita para verificação de glicemia e lancetador - grupo 11. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, APRESENTAÇÃO TIRA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.000.000**Valor Estimado:** R\$ 0,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Aceito para: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3200 e a quantidade de 3.000.000 Unidade.
Item: 2**Descrição:** LANCETA**Descrição Complementar:** LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ULTRA FINA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.600.000**Valor Estimado:** R\$ 0,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Aceito para: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, pelo melhor lance de R\$ 0,0300 e a quantidade de 2.600.000 Unidade.
Histórico**Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.584.194/0001-80	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC Marca: GLUCOLEADER Fabricante: HMD BIOMEDICAL INC. Modelo / Versão: ENHANCE II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cód.037969 - FITA PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA DESCRIÇÃO COMPLETA: TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10-20 A 500-600MG/DL, METODOLOGIA DE LEITURA AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 5 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REAGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM FRASCO COM 50 TIRAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS. R.M.S.Nº TIRA 80867150011 / R.M.S.Nº APARELHO 80867150002 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,4500	R\$ 1.350.000,0000	08/10/2020 15:28:22
23.552.212/0002-68	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Marca: Accu-Chek Fabricante: Roche Modelo / Versão: Active Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue total capilar, venoso, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 10 a 600 mg/ dL, reação baseada em glicose Dye oxidoreductase, memória de 500 resultados, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros. Embalagem: Caixa com 50 unidades Marca: Accu-Chek Active Fabricante: Roche Procedência: Alemanha Registro no M.S.: 81414020030 (tiras) 81414021688 (monitor)	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,5000	R\$ 1.500.000,0000	08/10/2020 14:53:57
30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI Marca: gtech Fabricante: gtech Modelo / Versão: gtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, APRESENTAÇÃO TIRA	Sim	Sim	3.000.000	R\$ 0,8800	R\$ 2.640.000,0000	28/09/2020 08:38:02
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL EIRELI Marca: GlicoCare Fabricante: Tocare Indústria e Comércio de Produtos Médicos S/ Modelo / Versão: Tira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA DESCRIÇÃO COMPLETA: TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10-20 A 500-600MG/DL, METODOLOGIA DE LEITURA AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 5 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REAGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM FRASCO COM 50 TIRAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS.	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,8900	R\$ 2.670.000,0000	07/10/2020 16:22:43
55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA Marca: ROCHE / ALEMANHA Fabricante: ROCHE / ALEMANHA Modelo / Versão: TIRAS ACTIVE CX C/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cód.037969 - FITA PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA DESCRIÇÃO COMPLETA: TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10-20 A 500-600MG/DL, METODOLOGIA DE LEITURA AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 5 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REAGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM FRASCO COM 50 TIRAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS - RMS. 81414020030 - PROCEDÊNCIA: ALEMANHA - MARCA/MODELO: ROCHE / TIRAS ACTIVE CX C/50	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,9000	R\$ 2.700.000,0000	06/10/2020 14:11:11
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP Marca: ON CALL PLUS II Fabricante: Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Modelo / Versão: ON CALL PLUS II	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,9000	R\$ 2.700.000,0000	08/10/2020 10:58:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA DESCRIÇÃO COMPLETA: TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10-20 A 500-600MG/DL, METODOLOGIA DE LEITURA AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 5 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REAGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM FRASCO COM 50 TIRAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS. Marca: On Call Plus II Fabricante: Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Registro Anvisa/MS: 80560310031 Caixa contém: 50 unidades

04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	3.000.000	R\$ 0,9000	R\$ 2.700.000,0000	08/10/2020 16:42:49
--------------------	----------------------	-----	-----	-----------	------------	--------------------	------------------------

Marca: on call

Fabricante: on call

Modelo / Versão: on call

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, APRESENTAÇÃO TIRA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,9000	55.309.074/0001-04	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,9000	05.343.029/0001-90	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,9000	04.063.331/0001-21	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,8900	01.854.654/0001-45	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,8800	30.322.475/0001-65	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,5000	23.552.212/0002-68	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,4500	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,4400	23.552.212/0002-68	09/10/2020 09:12:32:053
R\$ 0,4300	55.309.074/0001-04	09/10/2020 09:12:55:687
R\$ 0,3600	05.343.029/0001-90	09/10/2020 09:13:01:773
R\$ 0,4300	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:13:40:927
R\$ 0,3500	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:15:12:907
R\$ 0,3400	05.343.029/0001-90	09/10/2020 09:16:12:147
R\$ 0,3300	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:17:14:527
R\$ 0,3200	23.552.212/0002-68	09/10/2020 09:18:13:263
R\$ 0,3000	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:22:58:147
R\$ 0,4800	04.063.331/0001-21	09/10/2020 09:33:14:510
R\$ 0,2900	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:41:58:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 09:11:04	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/10/2020 09:38:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 0,3000 e R\$ 0,4800.
Encerrada Disputa Fechada	09/10/2020 09:43:08	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/10/2020 09:43:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 09:54:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC, CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 10:01:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC, CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Recusa	28/10/2020 09:06:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC, CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: Os motivos estão disponível no chat
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 09:09:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 09:21:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 09:36:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 09:44:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68.
Aceite	20/11/2020 09:19:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68, pelo melhor lance de R\$ 0,3200.
Habilitado	20/11/2020 09:19:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LANCETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.584.194/0001-80	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC Marca: GLUCOLEADER HU Fabricante: HMD BIOMEDICAL INC. Modelo / Versão: TWIST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cód.027541 - LANCETA PARA LANCETADOR DESCRIÇÃO COMPLETA: LANCETA PARA LANCETADOR, USO DOMICÍLIO, ESPESSURA FINA PARA UMA PUNÇÃO DIGITAL INDOLOR, UNIVERSAL, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. R.M.S.Nº 80867150010	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,0500	R\$ 130.000,0000	08/10/2020 15:28:22
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA Marca: UNIQUED Fabricante: UNIQUED Modelo / Versão: UNIQUED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ULTRA FINA	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,0600	R\$ 156.000,0000	08/10/2020 16:42:49
59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: Injex Fabricante: Injex Industrias Cirurgicas Ltda Modelo / Versão: MOD 1J007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cód.027541 - lanceta para lancetador descrição completa: lanceta para lancetador, uso domicílio, espessura fina para uma punção digital indolor, universal, descartável e estéril. Registro no Ministério da Saúde Sob Nº101.606.10078 Lancetador : Registro no Ministério da Saúde sob Nº101.606.10093	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,1000	R\$ 260.000,0000	28/09/2020 13:44:07
30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.600.000	R\$ 0,1400	R\$ 364.000,0000	28/09/2020 08:38:02

Marca: gtech Fabricante: gtech Modelo / Versão: lanceta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ULTRA FINA							
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,1400	R\$ 364.000,0000	07/10/2020 16:22:43
Marca: G-TECH Fabricante: Tianjin Huahong Technology Co. Ltd Modelo / Versão: lanceta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA PARA LANCETADOR DESCRIÇÃO COMPLETA: LANCETA PARA LANCETADOR, USO DOMICÍLIO, ESPESSURA FINA PARA UMA PUNÇÃO DIGITAL INDOLOR, UNIVERSAL, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. Procedência: China RMS 80275310077							
46.962.122/0003-21	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,1500	R\$ 390.000,0000	05/10/2020 16:02:56
Marca: UNIQUIMED Fabricante: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS Modelo / Versão: Lancetas Uniqmed 28G + Lancetador Uniqmed Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Uniqmed Modelo: Lancetas Uniqmed 28G RMS: 10098710066 Fabricante / Procedência: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD. Apresentação: Caixa com 100 unidades + Marca: Uniqmed Modelo: Lancetador Uniqmed Plus RMS: 10098710048 Fabricante / Procedência: Sterilance Medical (Suzhou) Inc. / China Apresentação: Caixa com 01 Unidade							
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,1500	R\$ 390.000,0000	08/10/2020 10:58:05
Marca: MedLevensohn Fabricante: Sterilance Medical (Suzhou) Inc. Modelo / Versão: MedLevensohn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA PARA LANCETADOR DESCRIÇÃO COMPLETA: LANCETA PARA LANCETADOR, USO DOMICÍLIO, ESPESSURA FINA PARA UMA PUNÇÃO DIGITAL INDOLOR, UNIVERSAL, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. Marca: MedLevensohn Fabricante: Sterilance Medical (Suzhou) Inc. Registro Anvisa/MS: 80560310002 Embalagem contém: 100 unidades							
* 07.118.264/0001-93	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Não	Não	2.600.000	R\$ 0,5000	R\$ 1.300.000,0000	09/10/2020 08:55:18
Marca: BIOMASS Fabricante: BIOMASS Modelo / Versão: RMS: 81671040001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cód.027541 - LANCETA PARA LANCETADOR DESCRIÇÃO COMPLETA: LANCETA PARA LANCETADOR, USO DOMICÍLIO, ESPESSURA FINA PARA UMA PUNÇÃO DIGITAL INDOLOR, UNIVERSAL, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,1500	46.962.122/0003-21	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,1500	05.343.029/0001-90	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,1400	30.322.475/0001-65	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,1400	01.854.654/0001-45	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,1000	59.309.302/0001-99	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,0600	04.063.331/0001-21	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,0500	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:09:57:813
R\$ 0,0400	46.962.122/0003-21	09/10/2020 09:12:18:083
R\$ 0,0300	05.343.029/0001-90	09/10/2020 09:12:24:277
R\$ 0,0310	30.584.194/0001-80	09/10/2020 09:14:47:747
R\$ 0,0400	04.063.331/0001-21	09/10/2020 09:33:21:327
R\$ 0,0500	59.309.302/0001-99	09/10/2020 09:43:04:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	09/10/2020 09:11:46	Desclassificação da proposta de R\$ 0,5000. Preço acima do estimado - Item 7.9 do edital
Aberto	09/10/2020 09:12:09	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/10/2020 09:38:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 0,0300 e R\$ 0,1000.
Encerrada Disputa Fechada	09/10/2020 09:43:08	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/10/2020 09:43:08	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/10/2020 09:43:08	Item teve empate real para o valor 0,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 09:57:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 10:07:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Aceite	09/10/2020 11:33:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 0,0300.
Habilitado	20/11/2020 09:19:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Pregoeiro 09/10/2020 09:10:25	Bom dia vamos dar inicio a sessão pública deste pregão
Pregoeiro 09/10/2020 09:11:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 09/10/2020 09:12:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 09/10/2020 09:38:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,0300 e R\$ 0,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:08 do dia 09/10/2020.
Pregoeiro 09/10/2020 09:38:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,3000 e R\$ 0,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:08 do dia 09/10/2020.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0300 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0310 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0400 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,0400 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O item 2 está encerrado.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O item 2 teve empate real para o valor 0,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4800 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema	09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3200 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,3400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/10/2020 09:43:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,4300 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/10/2020 09:43:08	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 09:43:08	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/10/2020 09:54:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	09/10/2020 09:57:28	Senhor fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC, CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/10/2020 10:01:19	Senhor fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/10/2020 10:06:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC, CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	09/10/2020 10:07:15	Srs. estamos aguardando a proposta atualizada para a análise dos documentos, solicito que continuem acompanhando a sessão.
Pregoeiro	09/10/2020 10:07:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/10/2020 11:38:01	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC - Sr. fornecedor conforme item 10.11 do edital deverá apresentar amostra referente a fita, aparelho e software, no prazo de até 05 dias uteis, ou seja, até 19/10/2020, no endereço indicado no item 10.11.1. do edital.
Pregoeiro	09/10/2020 11:40:41	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC - Retornarei com a sessão no dia 20/10 às 09:00 horas, para que todos sejam informado se a amostra foi recebida, caso contrário, nesta data será convocada a 2ª empresa classificada. Portanto solicito que estejam conectados.
Pregoeiro	09/10/2020 11:41:03	Retornarei com a sessão no dia 20/10 às 09:00 horas, para que todos sejam informado se a amostra foi recebida, caso contrário, nesta data será convocada a 2ª empresa classificada. Portanto solicito que estejam conectados.
Pregoeiro	09/10/2020 11:41:18	Tenham todos uma ótima tarde.
Pregoeiro	20/10/2020 09:13:51	Bom dia Prezados senhores, informo que a empresa CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC apresentou a amostra no prazo estipulado. O setor técnico competente solicitou um prazo de 07 dias para que seja avaliado através de teste o equipamento. Assim sendo retornaremos a sessão no dia 28/10/2020 às 09:00 hs. com o resultado.
Pregoeiro	20/10/2020 09:15:10	Solicito que acompanhem a sessão nesse dia. Caso não seja aprovada a amostra será convocada a próxima empresa classificada. Tenham todos um ótimo dia.
Pregoeiro	28/10/2020 09:02:31	Bom dia prezados, vamos dar continuidade a este Pregão.
Pregoeiro	28/10/2020 09:07:05	De acordo com o relatório apresentado pelos técnicos do Laboratório Municipal: Das 35 amostras analisadas 04 apresentaram valores fora do preconizado pela empresa, baseados nas normas ISO 15197/2013. Do total de pacientes 88,6% das amostras mostraram-se concordantes com a glicemia venosa e o valor esperado é de 95%.
Pregoeiro	28/10/2020 09:07:47	Foram fornecidos pela empresa 5 aparelhos para testes e 1000 tiras de glicemia e um destes aparelhos (número série 00312-0036092) apresentou falha mecânica no sistema ejetor de tiras de glicemia. Sendo assim, foi possível concluir que as amostras dos aparelhos/tiras apresentados pela Empresa Cromo não atendem as necessidades desta prefeitura.
Sistema	28/10/2020 09:09:06	Senhor fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/10/2020 09:21:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/10/2020 09:23:05	Para ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - Sr. fornecedor favor encaminhar proposta devidamente atualizada. Solicito se possível encaminhar uma proposta melhor.
23.552.212/0002-68	28/10/2020 09:25:17	Sr. (a) Pregoeiro (a) bom dia! Só um momento por favor
23.552.212/0002-68	28/10/2020 09:27:27	Conseguimos R\$ 0,31 como nossa melhor oferta
Sistema	28/10/2020 09:36:52	Senhor fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/10/2020 09:37:30	Para ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - Solicito então nova proposta
23.552.212/0002-68	28/10/2020 09:41:33	Estamos providenciando!
Sistema	28/10/2020 09:44:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 23.552.212/0002-68, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/10/2020 10:29:19	Para ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - Sr. fornecedor conforme item 10.11 do edital deverá apresentar amostra referente a fita, aparelho e software, no prazo de até 05 dias uteis, ou seja, até 06/11/2020, no endereço indicado no item 10.11.1. do edital.
23.552.212/0002-68	28/10/2020 10:30:46	Ok
Pregoeiro	28/10/2020 10:31:10	A sessão no dia 09/11 às 09:00 horas, para que todos sejam informado se a amostra foi recebida, caso contrário, nesta data será convocada a próxima classificada. Portanto solicito que estejam conectados.
Pregoeiro	28/10/2020 10:36:31	Tenham todos um bom dia
Pregoeiro	09/11/2020 09:03:03	Bom dia, Srs. Fornecedores. Vamos retomar o pregão.
Pregoeiro	09/11/2020 09:19:23	Srs. Fornecedores, por solicitação da equipe técnica a análise da amostra enviada pela empresa ROCHE DIABETES ainda está em andamento. Reabriremos com o resultado no dia 16/11/2020. Favor, estejam todos conectados.
Pregoeiro	16/11/2020 09:12:04	Bom dia Srs (a), por motivo de ordem técnica, informo que o pregão será reaberto no dia 20/11/20 às 09h00, por favor estejam conectados. Desde já agradeço,
Pregoeiro	20/11/2020 09:08:52	Bom dia vamos dar continuidade a sessão
Pregoeiro	20/11/2020 09:19:08	Conforme relatório apresentado pelos técnicos do Laboratório Municipal amostras analisadas, 01 apresentou valor fora do preconizado pela empresa, baseados nas Normas ISO 15197/2013. Do total de pacientes 97% das amostras mostraram-se concordantes com a glicemia venosa e o valor esperado é de 95%.
Pregoeiro	20/11/2020 09:19:16	Foram fornecidos pela empresa 5 aparelhos para testes de software e 1000 tiras de glicemia e após os testes se mostraram de acordo com o exigido. Sendo assim, foi possível concluir que as amostras dos aparelhos/tiras apresentados pela Empresa Roche estão de acordo com as necessidades desta prefeitura.
Sistema	20/11/2020 09:19:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/11/2020 09:20:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/11/2020 às 09:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	09/11/2020 08:51:50	Pregoeiro Anterior: 08113022880-LUCIENE FREIRE DE MORAES , Pregoeiro Atual: 39068779818-THERCIO ALMIR PIMENTEL SILVA. Justificativa: Pregoeira entrou de férias. Substituição.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/11/2020 09:10:54	Pregoeiro Anterior: 39068779818-THERCIO ALMIR PIMENTEL SILVA. Pregoeiro Atual: 28261966852-CRISTIANE FERNANDA DO PRADO , Justificativa: Pregoeiro Oficial de férias
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/11/2020 09:07:32	Pregoeiro Anterior: 28261966852-CRISTIANE FERNANDA DO PRADO , Pregoeiro Atual: 08113022880-LUCIENE FREIRE DE MORAES , Justificativa: Motivos Administrativos
Abertura de Prazo	20/11/2020 09:19:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/11/2020 09:20:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/11/2020 às 09:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:03 horas do dia 20 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Nº Proc. 2892624
Rubrica P Folha 11

LUCIENE FREIRE DE MORAES
Pregoeiro Oficial

LEVINA MARCAL FLORINDO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Pedro Fontes 550 – Rio Acima – Votorantim/SP – CEP 18.111-375
Fone: 3353-8600 – e-mail: dirplanejamentosesa@votorantim.sp.gov.br

Nº Proc. 2892024

Rubrica

Folha 20

Ofício 483/2020 – Depto. de Planejamento/SESA

Votorantim, 20 de outubro de 2020.

Considerando que a empresa vencedora do certame para aquisição de tiras reagentes para teste de glicemia capilar nos pacientes acompanhados no Programa Hiperdia, fornecerá o produto Gluco Leader e para nos certificamos que o mesmo apresenta performance de acordo com o estabelecido em Termo de Referência do Edital, solicitamos a empresa o envio de amostras do produto a fim de realização de testes. Após a realização dos testes, fazemos os seguintes apontamentos com relação ao funcionamento do aparelho que segue enviado ao município, por consignação. Importante ressaltar que os aparelhos serão destinados aos pacientes atendidos no programa que deverão fazer o controle diário da glicemia a fim de utilizar os parâmetros dos resultados obtidos para a posterior aplicação de Insulinas prescritas, daí nossa preocupação com relação ao manuseio e a praticidade para o uso do equipamento.

- 1- Ao ligar o glicosímetro, a tela de inicial apresenta muita informação, o que pode provocar dúvida com relação a utilização do produto;
- 2- Ao inserir a tira reagente, verificamos que o informativo de “Gota de Sangue” é muito pequeno, assim também poderá causar engano na utilização do equipamento por parte do paciente,
- 3- Devido a situação de pandemia de COVID-19 que estamos enfrentando, onde a maioria dos pacientes acometidos pela forma grave da doença são diabéticos, a necessidade de realização de capacitação dos pacientes ficou limitada, o que nos leva a ressaltar que os aparelhos de glicosímetro deverão apresentar uma funcionalidade simples, evitando tanto a necessidade de treinamento como o uso inadequado do mesmo;
- 4- O aparelho pede para que seja ajustado manualmente o modo do teste: antes da refeição e pós-refeição, para que o paciente obtenha o resultado do teste glicêmico. (para pacientes idosos ou com pouca escolaridade, que são a maioria da nossa clientela, será difícil o manuseio do aparelho, pois o paciente terá que aprender manualmente a configurar essa função no aparelho e terá que se lembrar de mudar o modo do aparelho sempre que for realizar o teste, caso contrário não terá um resultado fidedigno).
- 5- O aparelho pede para aplicar o sangue na janela de absorção da tira, e após testes feitos com o aparelho, foi verificado que o sangue deve ser aplicado na lateral da janela, e quando o sangue é aplicado na parte de cima da janela, o aparelho não faz o reconhecimento e não faz absorção e automaticamente após alguns minutos o mesmo desliga. Cabe ressaltar que a falta de uma simples informação de como aplicar o sangue na tira faz toda diferença para um paciente que está recebendo um monitor novo. As instruções existentes na Bula do produto, com relação ao manuseio e utilização da fita reagente apresenta figuras muito pequenas, o que não auxilia no esclarecimento das dúvidas para utilização do equipamento;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Pedro Fontes 550 – Rio Acima – Votorantim/SP – CEP 18.111-375

Fone: 3353-8600 – e-mail: dirplanejamentosesa@votorantim.sp.gov.br

- 6- Outro fator preponderante em não aprovarmos o equipamento, é o não atendimento do mesmo ao exigido em edital, no que se refere a: Com uso de método biosensor amperométrico ou fotométrico **“com codificação automática sem uso de chip de código”**. Após manuseio do equipamento, ao pressionar a tecla MEN do mesmo, aparece o código da fita que está inserida no mesmo. Entretanto, ao pressionar essa tecla, conseguimos alterar o Código, que variou de 01 à 20. Assim, caso o paciente por algum motivo consiga fazer essa mudança de código, isso alterará toda a configuração do equipamento e interferirá diretamente sobre o resultado dos exames, visto que o código alterado é incompatível com o código da fita reagente em uso. Assim, para permitir que o equipamento seja novamente utilizado, há necessidade de mudar manualmente o código no paralelo. Isso, vem a ferir diretamente o solicitado no descritivo.
- 7- Segue cópia de Manual do usuário, onde é possível visualizar os itens referentes as informações de uso que por motivo de dimensão podem confundir os usuários.

Assim, REPROVAMOS a amostra do equipamento a ser fornecido ao município e com isso sugerimos a não continuidade do uso da Ata.

Atenciosamente

Amanda Pistoni de Castro

Coordenadora de Área de Enfermagem

Izilda Maris Chiozzotto de Moraes

Enfermeira- Setor de Planejamento e Contratos

A Ilma. Senhora

Rosicler Belanga Gimenès Massa

Secretária de Saúde

Votorantim- SP



PROCESSO Nº: 2020-JR64W

PREGÃO Nº: 113/2020

LOTE: 01

PARECER TÉCNICO DA(S) AMOSTRA(S)

LOTE	EMPRESA
01	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

LOTE 1 — TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR ACO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; FAIXA DE HEMATOCRITO DE 20 - 65% COMPROVADA POR MEIO DA BULA DO PRODUTO, PARA MEDICOES SEGURAS EM NEONATOS, GESTANTES, ETILISTAS CRONICOS, ANEMICOS, TABAGISTAS, PACIENTES ONCOLOGICOS DENTRE OUTROS; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 °C; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO CONTENDO 50 OU 100 UNIDADES, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS ORIGINAIS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE UM GLICOSIMETRO PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DAS TIRAS REAGENTES; CERTIFICACAO: REGISTRO ANVISA, BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E LAUDO DE COMPROVACAO DE ACURACIDADE CONFORME EXIGENCIA ISO 15197/2013; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. (CÓD. SIGA: 244037)

QUANT. DE AMOSTRAS: 02

MARCA: GLUCOLEADER

FABRICANTE: HMD BIOMEDICAL

AVALIADOR(A): Enl.º Evandro Dumas Neves

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 26 OUTUBRO 2020

DATA DA AVALIAÇÃO: 04 / 11 / 2020

AVALIAÇÃO DO PRODUTO

CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RÓTULO E/OU EMBALAGEM	(X) SIM	() NÃO
QUALIDADE DO MATERIAL	(X) BOA	() RUIM
FUNCIONALIDADE	() SATISFATÓRIA	(X) INSATISFATÓRIA
SEGURANÇA	(X) SATISFATÓRIA	() INSATISFATÓRIA
MANUSEIO DO MATERIAL	(X) FÁCIL	() DIFÍCIL. JUSTIFIQUE
ABERTURA DA EMBALAGEM	(X) ADEQUADA	() INADEQUADA
MATERIAL DE CONFECÇÃO	(X) BOM	() RUIM

OBSERVAÇÕES: O local de ablação do gota de sangue na fita e bem próximo ao apêndice facilitando contaminação.

AMOSTRAS: () APROVADA (X) REPROVADA

CAPTURADO POR	
STEPHANNIE DO CARMO CARLESSO FARMACEUTICO - DT SESA - UT-ASSFARM-HDDS	
DATA DA CAPTURA	06/11/2020 14:45:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE
NATUREZA	DOCUMENTO DIGITALIZADO
CONFERÊNCIA	CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-DFD62P>



Consulta via leitor de QR Code.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Saúde

Almoxarifado Geral de Suprimentos da Saúde

Rua Maria do Bonsucesso Proença de Moraes, 266 – Vila Progresso

Telefone: (15) 3272-3007/(15) 3373-1056

E-mail: almox.saudeitape@gmail.com / cemaesaude@gmail.com

Nº Proc. 2899124

Rubrica

Folha 23

A equipe técnica considerou que para assegurar o uso correto das tiras reagentes para teste de glicemia e do monitor da marca GLUCOLEADER haverá a necessidade de realização de capacitação dos integrantes do programa de controle de *DIABETES MELITTUS* do município causando prejuízos ao município, justificando a reprovação da amostra.

Imagens da bula:

CONFIGURAÇÃO DE HORA E DATA

1. Quando instalar a bateria pela primeira vez no seu medidor ou toda vez que a bateria for removida, você deve configurar data e hora corretamente antes de utilizar o seu medidor.
2. Ao ouvir um aviso sonoro, o campo destinado ao ano irá piscar. Por exemplo, para o ano 2020, o número "20" aparecerá no visor.
3. Utilize o botão "Set" para selecionar o dado desejado.
4. Pressione o botão "Mem" para confirmar e passar para a próxima configuração.
5. Repita os passos acima para ajustar data/hora/minuto.
6. Após ajustar os minutos, o visor exibirá "OK" e "OFF" e na sequência o medidor se desligará.

TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGÜINEA GlucoLeader™



1. Extremidade do Eletrodo Cinza: Inserir esta extremidade da tira de teste no medidor.
2. Abertura: Aplicar o sangue nas aberturas laterais da tira.

OBS.: Tenha certeza que a peça está cheia de sangue para assegurar o resultado correto, conforme demonstração abaixo:



Caso o teste seja realizado de forma errada, aparecerá mensagem de erro (Exx) no visor.

Nota 1: Nunca aplique amostra de sangue duas vezes na mesma tira.

Repita o teste usando uma nova tira com uma gota de sangue maior.

Nota 2: Se a quantidade de sangue aplicada não for suficiente, aparecerá a mensagem de erro "E42". Nunca aplique mais sangue na mesma tira de teste.

Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e distinta consideração, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Vivian Loyola

RG 20.467.402-5 / CPF 221.072.838-00
Coord. Almox. Geral de Suprimentos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Saúde

Almoxarifado Geral de Suprimentos da Saúde

Rua Maria do Bonsucesso Proença de Moraes, 266 – Vila Progresso

Telefone: (15) 3272-3007/(15) 3373-1056

E-mail: almox.saudeitape@gmail.com / cemaesaude@gmail.com

PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO. DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
---	--	--	--

Com base nas considerações apresentadas pela equipe técnica da secretaria municipal de saúde justificamos a reprovação da amostra do Item 2:

A amostra foi testada por enfermeiras, com conhecimento técnico e prático do uso do material.

A equipe identificou que na inserção da bateria no monitor, inicia-se automaticamente para uso, porém apresenta informações confusas no visor conforme relato: “um numeral de 2 dígitos fica piscando continuamente, quando aperta-se o botão identificado como Mem, o cursor se movimenta para atualizar data e hora, quando aperta-se o botão identificado como Set o numeral pode ser alterado do 20 ao 99 continuamente até apertar o botão Mem e novamente o cursor vai para a data e hora. Se nenhum botão for apertado e o usuário inserir a tira, não ocorre a leitura automática”.

O manual do monitor GLUCOLEADER informa como deve ser realizada a configuração para uso correto, contudo a equipe técnica considerou que a necessidade do usuário realizar a configuração do aparelho pode provocar confusão e dúvida com relação a utilização do produto. Não atendendo ao edital quanto a apresentar um MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (NÃO ACEITAREMOS CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO, BOTÃO E ETC.).

Esclarecemos que o monitoramento da glicemia é realizado no domicílio sem auxílio de profissional técnico, assim a funcionalidade e a acessibilidade deve ser garantida para que a maioria dos pacientes diabéticos insulíndependentes possam realizar o controle dos índices glicêmicos, pelo uso do aparelho leitor da tira, sem a necessidade de uma capacitação prévia.

A equipe técnica identificou dificuldade na realização do teste devido a tira reagente para teste ter uma janela de absorção da amostra de sangue, foi verificado que o sangue deve ser aplicado na lateral da janela e quando o sangue é aplicado na parte de cima da tira, o aparelho não faz o reconhecimento, não absorve a amostra e dá resultado de erro, desligando automaticamente após alguns minutos.

As instruções existentes na bula do produto, com relação ao manuseio e utilização da fita reagente podem ser de difícil compreensão para pessoas idosas, pessoas com dificuldade em leitura ou mesmo pessoas com dificuldade em acionar dispositivos eletrônicos, as figuras ilustrativas são pequenas e não auxiliam no esclarecimento das dúvidas para utilização da tira. A equipe apontou que pode ocorrer desperdício de tiras ou ainda resultados alterados que podem induzir o paciente a erro, provocando riscos para a administração da insulina e em consequência sofrer danos severos e risco para com sua vida.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Saúde

Almoxarifado Geral de Suprimentos da Saúde

Rua Maria do Bonsucesso Proença de Moraes, 266 – Vila Progresso

Telefone: (15) 3272-3007/(15) 3373-1056

E-mail: almox.saudeitape@gmail.com / cemaesaude@gmail.com

Nº Proc. 2892124

Rubrica

Folha 4

Memorando Interno PMI/SMS/AGSS/901/2021

Itapetininga, 08 de dezembro de 2021.

De: Almoxarifado Geral de Suprimentos da Saúde

Para: Secretaria da Saúde – Departamento de Apoio Estratégico e Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos – Licitações

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021, PROCESSO Nº 46602/2021 – OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA A USUÁRIOS INSULINO DEPENDENTES - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA-HIPERDIA E GESTANTES COM SUSPEITA DE DIABETES GESTACIONAL - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LC Nº 123/2006.

Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRAS E LAUDO TÉCNICO 1º COLOCADOS.

Prezada Comissão Permanente de Licitações

Com cordiais cumprimentos, venho por meio de este apresentar o laudo do relatório de análise técnica de amostra dos terceiros colocados, do pregão em epígrafe com os seguintes resultados:

Item	Descrição	Empresa	Marca	Resultado
01	LANCETA - LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR, SILICONADA E COM BISEL TRIFACETADO COM CALIBRE ENTRE 28G E 30G. PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO EM CORPO PLÁSTICO ATÓXICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, CONTENDO TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO QUE POSSIBILITE DESCARTAR A LANCETA DE FORMA SEGURA APÓS O USO. A AQUISIÇÃO SERÁ POR QUANTIDADE UNITÁRIA, PORÉM AS LANCETAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E O ARMAZENAMENTO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS LANCETADORES PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDLEVENSOHN	APROVADO – a amostra do produto ofertado foi submetida à análise conforme edital e constatou-se que atende o descritivo técnico de especificações e de documentações dispostos no anexo I.
02	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR POR MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE. O MÉTODO DE ANÁLISE DEVERÁ ABRANGER A FAIXA DE MEDIÇÃO VARIANDO ENTRE 20 A 500 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. A AMOSTRA CAPILAR DEVERÁ SER APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. O RESULTADO DEVERÁ SER INFORMADO EM ATÉ 10 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DO SANGUE. SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS. MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (NÃO ACEITAREMOS CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO,	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	GLUCOLEADER	REPROVADO – a amostra do produto não atende aos requisitos técnicos mínimos apresentados no descritivo do Anexo I.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Saúde

Almoxarifado Geral de Suprimentos da Saúde

Rua Maria do Bonsucesso Proença de Moraes, 266 – Vila Progresso

Telefone: (15) 3272-3007/(15) 3373-1056

E-mail: almox.saudeitape@gmail.com / cemaesaude@gmail.com

	BOTÃO E ETC.). DEVERÁ MANTER A VALIDADE DAS TIRAS APÓS A ABERTURA DO FRASCO. DEVERÁ VIR GRAVADO DIRETAMENTE NA EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ATRAVÉS DE ADESIVOS, A FRASE "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO" OU FRASE SIMILAR COM O MESMO SENTIDO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS MONITORES DE GLICEMIA E AS BATERIAS PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO. DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
03	LANCETA - LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS PARA PUNÇÃO DIGITAL E COLETA DE SANGUE CAPILAR, SILICONADA E COM BISEL TRIFACETADO COM CALIBRE ENTRE 28G E 30G. PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBUTIDO EM CORPO PLÁSTICO ATÓXICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, CONTENDO TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO QUE POSSIBILITE DESCARTAR A LANCETA DE FORMA SEGURA APÓS O USO. A AQUISIÇÃO SERÁ POR QUANTIDADE UNITÁRIA, PORÉM AS LANCETAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E O ARMAZENAMENTO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS LANCETADORES PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO O PRODUTO DEVERÁ TRAZER GRAVADO EXTERNAMENTE NA CAIXA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	MEDLEVENSOHN	APROVADO – a amostra do produto ofertado foi submetida à análise conforme edital e constatou-se que atende o descritivo técnico de especificações e de documentações dispostos no anexo I.
04	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR POR MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE. O MÉTODO DE ANÁLISE DEVERÁ ABRANGER A FAIXA DE MEDIÇÃO VARIANDO ENTRE 20 A 500 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. A AMOSTRA CAPILAR DEVERÁ SER APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. O RESULTADO DEVERÁ SER INFORMADO EM ATÉ 10 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DO SANGUE. SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS. MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (NÃO ACEITAREMOS CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA CÓDIGO, BOTÃO E ETC.). DEVERÁ MANTER A VALIDADE DAS TIRAS APÓS A ABERTURA DO FRASCO. DEVERÁ VIR GRAVADO DIRETAMENTE NA EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ATRAVÉS DE ADESIVOS, A FRASE "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO" OU FRASE SIMILAR COM O MESMO SENTIDO. A EMPRESA DEVERÁ DOAR OS MONITORES DE GLICEMIA E AS BATERIAS PARA TODOS OS PACIENTES CADASTRADOS NO	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA EPP	ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE	APROVADO – a amostra do produto ofertado foi submetida à análise conforme edital e constatou-se que atende o descritivo técnico de especificações e de documentações dispostos no anexo I.



PROCESSO Nº: 2023-ZS6VD

LOTE: 01

PARECER TÉCNICO DA(S) AMOSTRA(S)

01

HMD BRASIL COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA REPRESENTAÇÃO LTDA.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

LOTE 01 - TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 20 A 600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 °C; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 APARELHO GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO OU QUANTIDADE MAIOR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO REQUISITANTE; OS APARELHOS DEVERAO VIR COM AS BATERIAS; ESTOJO OU BOLSA DE PROTECAO, MANUAL DE UTILIZACAO EM LINGUA PORTUGUESA E POSSUIR CODIFICACAO/CALIBRAGEM CHIP DE CODIGO, VISOR DE LCD E ALERTA PARA BATERIA FRACA; DEVERA SER DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: CBPF e CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

QUANT. DE AMOSTRAS: 1

MARCA: GLAUCOLEADER

FABRICANTE: HMD BIOMEDICAL INC.

AVALIADOR(A):

Neimar Hubner L. Loriato
Enfermeira

COREN-ES 77217

DATA DO ENCAMINHAMENTO: 06 DE SETEMBRO DE 2023

DATA DA AVALIAÇÃO: 06 / 09 / 2023

AVALIAÇÃO DO PRODUTO

CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
RÓTULO E/OU EMBALAGEM

☒ SIM

☐ NÃO

QUALIDADE DO MATERIAL

☒ BOA

☐ RUIM

FUNCIONALIDADE

☐ SATISFATÓRIA

☒ INSATISFATÓRIA

SEGURANÇA

☐ SATISFATÓRIA

☒ INSATISFATÓRIA

MANUSEIO DO MATERIAL

☒ FÁCIL

☐ DIFÍCIL. JUSTIFIQUE

ABERTURA DA EMBALAGEM

☒ ADEQUADA

☐ INADEQUADA

MATERIAL DE CONFECCÃO

☒ BOM

☐ RUIM

OBSERVAÇÕES: vide informações CI Nº 060/2023 (Cm 1 /
Popo, Cm 2, Cm 3, Cm 4, el. Clínica 2 e 3).

AMOSTRAS:

☐ APROVADA

☒ REPROVADA

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA****CI/HEDS/UT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Nº 060/2023
(CM 1/NEFRO, CM 2, CM 3, CM 4, CL CIRÚRGICA 2 E 3)**

Serra (ES), 06 de Setembro de 2023.

À CPL/HEDS

Sra. Nicolina Moreira dos Santos e Avila

Para fins de teste e avaliação do equipamento, no dia 06/09/2023 foi realizada coleta de sangue de 12 pacientes de uma das Clínicas Médicas do HEDS. Utilizando a mesma amostra de sangue foram realizados dois testes de glicemia: laboratorial pela metodologia Enzimático Colorimétrico e HGT utilizando aparelho e fita fornecidos como amostra pelo licitante vencedor do processo nº 2023-ZS6VD lote 01 (Marca GlucoLeader - Modelo Enhance – Lote C4H0199). Os resultados (Tabela 1) apresentam diferenças consideráveis, variando de 8% a 157% com média de diferença em 30%. Quando os resultados do HGT foram superiores aos resultados do laboratório do HDDS, a diferença média foi de 35% do valor. Quando resultados de HGT inferiores aos resultados do laboratório, a diferença nos valores é de 23,5%. Um dos resultados por exemplo, apresenta discrepância importante: teste laboratorial de 112mg/dL e HGT de 288mg/dL.

Tabela 1:

ID	Res. Labor. HDDS	Res. Am. Licitante	% Diferença Resultados
Paciente 1	115	78	32
Paciente 2	83	92	11
Paciente 3	88	95	8
Paciente 4	115	96	27
Paciente 5	89	96	8
Paciente 6	138	96	30
Paciente 7	88	102	16
Paciente 8	94	102	9
Paciente 9	99	111	12
Paciente 10	74	117	58
Paciente 11	147	140	5
Paciente 12	112	288	157



Nº Proc. 289.2124
Rubrica *[assinatura]* Folha 23

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA

Considerando os resultados apresentados, entende-se que é necessário REPROVAR a amostra fornecida.

Cordialmente,

Neimar Hubner L. Loriato
Enfermeira
COREN-ES 77217

NEIMAR HUBNER LEITE LORIATO

Enfermeira – COREN-ES 77217

Chefe de Núcleo de Trabalho Hospitalar A de Urgência e Emergência –
CM 1, 2, 3 e 4, CI Cirúrgica 2 e Nefrologia.

Número Funcional: 1569767

Enf. Alan Diniz Ferreira, MSc
Nefrologia - Epidemiologia - Terapia Intensiva
COREN-ES 277716-ENF

ALAN DINIZ FERREIRA

Enfermeiro – COREN-ES 277716

Coordenador de Enfermagem do Serviço de Nefrologia

Número Funcional: 4153596

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/09/2023 08:22:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CLEBERSON SOUZA DE OLIVEIRA (CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05 - UT-CMED-HDDS - SESA - GOVES)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO

Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-9L3DM0>

