



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO

1. NOME DO PRODUTO:

Cateter Nasal Tipo Óculos para Oxigênio (adulto).

2. MARCA:

Biobase.

3. IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Biobase Indústria e Comércio Ltda.

Rua dos Oitis, Nº 80 – Distrito Industrial

CEP: 37.556 – 836

Pouso Alegre/MG.

Fone/Fax: (35) 3427-7000

CNPJ: 05.216.859/0001-56

4. FABRICADO POR:

SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD.

Add.: No. 330, Shichang Road, Weihai

Website: www.weigaoholding.com

Shandong – China.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO

5. REGISTRO:

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212349005.

6. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO:

Artigo médico-hospitalar de uso único, estéril e apirogênico, que tem como função permitir aplicações de oxigênio.

Confeccionado em PVC atóxico e flexível, permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, devido à perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente.

Devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona, associado à flexibilidade do tubo, o cateter não provoca desconforto ao paciente.

Produto mede cerca de 1,30 m; sendo 50 cm de tubo em uma extremidade (tampinha-narina) e 80 cm de tubo na outra extremidade (conector-narina).Tubo de calibre nº12.

Produto esterilizado a óxido de etileno e embalado em *pouche* de papel grau cirúrgico, contendo uma unidade do produto por embalagem.

Embalagem de embarque, em papelão, contendo 500 unidades.

7. PRAZO DE VALIDADE:

04 (quatro) anos a partir da data de esterilização.

8. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Óxido de Etileno.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO

9. COMPONENTES DO PRODUTO:

- Tubo: PVC cristal;
- Narina: PVC cristal;
- Ajuste: PVC verde;
- Conector: PVC verde;
- Tampinha: PVC verde.

10. EMBALAGEM:

Pouche de Papel Grau Cirúrgico.

11. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE:

- Abrir assepticamente a embalagem, após, certificar-se das características técnicas do produto;
- Observar o aspecto geral da embalagem. Caso encontrar-se danificada, não utilizar o produto;
- Observar o prazo de validade do produto. Caso encontrar-se vencido, não utilizar o produto;
- Em casos de embalagem danificada e/ou violada, informar imediatamente a empresa para que sejam tomadas as ações necessárias.
- A utilização deve ser realizada por pessoal qualificado, como médicos e/ou enfermeiros.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO

12. EFEITOS COLATERAIS:

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que utilizado corretamente de acordo com a finalidade de seu uso.

13. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C.

O empilhamento máximo deve ser de 10 caixas.

14. PRECAUÇÕES:

Artigo médico-hospitalar de uso único. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada e/ou o prazo de validade vencido.

As condições de esterilização estão asseguradas dentro do prazo de validade de 04 (quatro) anos, desde que a embalagem não esteja danificada.

No transporte e manuseio, devem ser tomadas precauções para que não ocorram danos à embalagem e ao produto.

Produto estéril e apirogênico de uso único, destruir após o uso e proibido reprocessar.

15. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC):

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: qualidade2@biobase.ind.br

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO

16. FOTO DO PRODUTO:



BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000