



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:  
[http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico\\_095.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm)

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 99164/2020A**  
**Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE- NBR 14873”**  
**Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar**

São Paulo, 24 de Julho de 2020.	
<b>INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A</b>	Av Antonio Bardella 780 - Cid Ind Sat Cumbica
Solicitante: Roberto De Azevedo Amado Junior	CEP: 07.220-020 - Guarulhos/SP

Material: TNT Branco 50g/m² -1,40m -1000m	
Data de entrada: 21/07/2020	Hora de entrada: 13:30
Embalagem: Plástica	Condições de transporte: Temperatura Ambiente

<b>Descrição da amostra:</b> Marca: Santa Fé Lote: Julho 2020 Composição: 100% Polipropileno Gramatura: 50g/m² ± 5% Quantidade de Camadas: 1 Camada Cor: Branca Tamanho: 15 x 15 Fabricante: Indústria de Feltros Santa Fé S/A		
Nº do Produto: 01	Data da Fabricação: Julho/2020	Data de Validade: Indeterminado

**Micro-organismo utilizado:** *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

**Resultado:** A amostra apresentou 99,99% de eficiência de filtração bacteriana.

**Metodologia:** ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.  
**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica  Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio.: 48.933/01-D
--	---