



Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_095.htm

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98668/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 01 de Julho de 2020.	
TÊXTIL P.B.S. LTDA	Av. José Roque Da Silva, 210/230 - Jd. Dona Esther
Solicitante: Paulo	CEP: 13.385-732 - Nova Odessa – SP

Material: TNT Laminado PBS	
Data de entrada: 26/06/2020	Hora de entrada: 16:00
Embalagem: Embalagem Plástica	Condições de transporte: temperatura ambiente

Descrição da amostra:



Marca: PBS Lote: 01-4628/2020 Composição: Polipropileno e Polietileno com tratamento Corona Tamanho: Largura 1,40 m Fabricante: Têxtil PBS Ltda		
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: 04/05/2020	Data de Validade: Indeterminado

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,99% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica  CRBio: 18.098-01	Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio: 48.933/01-D
---	---

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP
Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/