

## LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM VINIL SEM PÓ

### Cadastro / Registro M.S.:

80495510103 (CA MTE 44562 – Biológico / 44.531 - Químico)

### Modelos

PP, P, M, G;

### Indicação de uso

As Luvas para procedimento não cirúrgico em Vinil, sem pó, foram desenvolvidas para proteção dos profissionais da saúde em procedimentos não invasivos, onde não haja contato com fluidos corpóreos passíveis de contaminação em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, postos de saúde e farmácias.

### Especificação técnica

Fabricada em 100% Vinil (Policloreto de Vinila)

Não estéril

Sem pó

Ambidestra

Superfície lisa

Espessura mínima: 0,08mm

Cor: transparente

Disponível nos tamanhos: P/ M/ G/ GG

Comprimento mínimo: 220mm (PP, P) / 230mm (M, G)

Validade 5 anos

Descartável e de uso único

### Apresentação

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos.

### Orientações de Uso

Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas e após o descarte das luvas.

Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.

Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”

“ESTE PRODUTO CONTÉM PLASTIFICANTES POLICLORETO DE VINILA (VINIL) QUE PODEM SER PREJUDICIAIS AO USUÁRIO”

Este produto possui menor resistência que aqueles fabricados com borracha natural, borracha sintética ou misturas de borrachas natural e sintética.

A luva pode causar a perda ou redução da sensibilidade tátil e da capacidade de preensão; o uso de luvas pode ampliar o risco de acidentes (não utilizar próximo a máquinas ou atividades com partes móveis, pois há o risco de enroscamento o que pode ocasionar lesões ao usuário).

A LUVA É DESTINADA A BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA.

ISO 374-1/Tipo C



#### Matriz

+55 45 3039 4242  
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114  
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br | medixbrasil



Substâncias testadas: Metanol (67-56-1), Acetona (67-64-1), Acetato de etila (141-78-6), Hidróxido de sódio 40% (1310-73-2).

Não usar em aplicações de altas temperaturas.

Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros.

A resistência ao produto químico foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma (exceto em casos onde a luva for maior ou igual a 400 mm de comprimento, em que o punho também é ensaiado) e relacionada apenas ao produto químico ensaiado. Pode haver diferenças se o produto químico for usado em uma mistura.

Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas ao uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes das condições de ensaio dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menor resistência ao produto químico perigoso em razão de mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, pressão, fricção, degradação causada por contato com produto químico, etc., podem reduzir o tempo real de uso de forma significativa. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fato mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

ABNT NBR ISO 11193-2

RDC Nº 547 de 30.08.2021

### Códigos de Barra

EAN13

7898947170404 – P

7898947170473 – M

7898947170480 – G

EAN14

17898947170401

17898947170470

17898947170487

#### Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil





7898947170497 - GG

17898947170494

#### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

#### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 02 de 06/06/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br) medixbrasil