



Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

ESCLARECIMENTO ITENS 56 E 134 - PE 61/2023

4 mensagens

Kelly Caroline <kelly.caroline@blentamedical.com>

21 de março de 2023 às 12:06

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber a descrição completa do material solicitado em processo mencionado e disposto nos anexos, se trata dos itens 56 e 134, em edital se lê somente KIT DE GASTROSTOMIA E A MEDIDA, gostaria de saber o que dispõe esse kit para poder oferecer o material correto e evitar transtornos e perdas ao decorrer do trâmite.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

**Kelly C. Pereira**

Auxiliar de Licitação

kelly.caroline@blentamedical.com

+55 (19) 99937-2398 📞

+55 (19) 3825-3555

Ramal 2028

www.blentamedical.com**2 anexos****ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PE 061 - 23.pdf**

722K

**EDITAL - PE 061 - 23.pdf**

424K

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

21 de março de 2023 às 14:44

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde,

Encaminho pedido de esclarecimento da Empresa **BLENТА MEDICAL**, na forma que dispõe o subitem 30.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 61/2023, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

30.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado e da Procuradoria Geral do Município.

Prazo para resposta: 23/03/2023.

Atenciosamente

Jonathan P. Chaves

Pregoeiro - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PE 061 - 23.pdf
722K



EDITAL - PE 061 - 23.pdf
424K

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

22 de março de 2023 às 13:47

Para: Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta da unidade requisitante.

Att.

Igor Faria de Jesus

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

Matrícula 063.036

----- Forwarded message -----

De: **Anelisa Viana** <vianaanelisa@gmail.com>

Date: qua., 22 de mar. de 2023 às 13:41

Subject: Re: ESCLARECIMENTO ITENS 56 E 134 - PE 61/2023

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezados Boa tarde,

segue a descrição completa do material solicitado:

Conjunto para gastrostomia percutânea endoscópica.

Características:

- sonda 100% silicone
- calibre (FR) 24
- diâmetro externo (mm): 8
- diâmetro interno (mm): 5
- comprimento (cm): 60
- sonda com linha radiopaca e botao radiopaco

Componentes do conjunto:

- 1 pinça 2003
- 1 agulha 14GA
- 02 conectores em Y Fr: 16
- 1 kit guia 2003
- 1 anel de fixação fr: 24A
- 1 tubo de silicone 2003.24.60
- 1 clamp de fixação grande
- 1 clamp oclisor de fluxo
- 1 bisturi
- 1 campo cirúrgico

O kit de tamanho 20FR possui os mesmo componentes, porem o tamanho é 20FR.

Obrigada

Em qua., 22 de mar. de 2023 às 12:11, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Boa tarde Anelisa!

Encaminho a solicitação de esclarecimento quanto ao processo sob nº 24215/2022 - Material Médico.

Att.

Igor Faria de Jesus
Secretaria Municipal de Saúde
Gestão de Processos, Contratos e Convênios
Matrícula 063.036

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

--



Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Para: Kelly Caroline <kelly.caroline@blentamedical.com>

22 de março de 2023 às 15:41

Boa tarde.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento enviado, segue resposta do setor técnico responsável.

"Segue a descrição completa do material solicitado:

Conjunto para gastrostomia percutânea endoscópica.

Características:

- sonda 100% silicone
- calibre (FR) 24
- diâmetro externo (mm): 8
- diâmetro interno (mm): 5
- comprimento (cm): 60
- sonda com linha radiopaca e boão radiopaco

Componentes do conjunto:

- 1 pinça 2003
- 1 agulha 14GA
- 02 conectores em Y Fr: 16
- 1 kit guia 2003
- 1 anel de fixação fr: 24A
- 1 tubo de silicone 2003.24.60

- 1 clamp de fixação grande
- 1 clamp oclutor de fluxo
- 1 bisturi
- 1 campo cirúrgico

O kit de tamanho 20FR possui os mesmo componentes, porém o tamanho é 20FR. "

Atenciosamente

Mayco V. Sartório

Pregoeiro Substituto - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]