



Nova Friburgo Prefeitura &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

**ESCLARECIMENTO, PE 054/2023**

5 mensagens

**Bruna Padovan Marcondes** <bpadovan@prolife.com.br>

22 de março de 2023 às 08:56

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" &lt;pregaoeletronico.friburgo@gmail.com&gt;

Cc: Fernanda Rezende &lt;frezende@prolife.com.br&gt;, Anna Paula L R Martins &lt;amartins@prolife.com.br&gt;

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

**Ref.: PE 054/2023 – ITEM 5: “MONITOR MULTIPARÂMETROS”**

O descritivo técnico menciona: “Opção para colocar até dois módulos adicionais sem a necessidade de rack extensor”. Desta maneira, questionamos, os módulos adicionais solicitados podem ser do tipo pré-configurados no monitor ou devem ser módulos individuais intercambiáveis pelo usuário? Uma vez que, monitor com módulos intercambiáveis e tela de pelo menos 15 polegadas possuem peso superior a 3,7Kg solicitado em edital.

Além disso, para confirmação, o parâmetro de Pressão Invasiva deve estar habilitado no monitor ou é possibilidade futura de aquisição?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,

**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Analista - Especialista de Produtos, Licitações

Engenheira Biomédica

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

22 de março de 2023 às 16:09

Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>, Secretaria de Saúde  
<gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde,

Encaminho pedido de esclarecimento da Empresa **PROLIFE**, na forma que dispõe o subitem 24.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2023, por se tratar de questão inerente ao setor técnico requisitante.

24.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado e da Procuradoria Geral do Município.

Prazo para resposta: 24/03/2023.

Atenciosamente

**Mayco V. Sartório**

Pregoeiro Substituto - Comissão de Pregão II  
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

22 de março de 2023 às 16:10

Para: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>, Secretaria de Saúde  
<gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

**Processo nº 11.346/2021**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Bruna Padovan Marcondes** <bpadovan@prolife.com.br>

27 de março de 2023 às 09:03

Para: "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Algum retorno sobre o pedido de esclarecimento encaminhado?

Atenciosamente,

**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Analista - Especialista de Produtos, Licitações

Engenheira Biomédica

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.: 0800 606 4698

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

27 de março de 2023 às 16:20

Prezados, boa tarde.

Conforme solicitado, segue resposta do setor técnico requisitante ao pedido de esclarecimento formulado:

"Com relação ao questionamento da Empresa PROLIFE, informamos que os módulos adicionais podem ser do tipo pré-configurados, no tocante ao parâmetro de pressão invasiva, este já deve estar habilitado."

Atenciosamente

**Mayco V. Sartório**

Pregoeiro Substituto - Comissão de Pregão II

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.

[Texto das mensagens anteriores oculto]