



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo &lt;pregao3.novafriburgo@gmail.com&gt;

**Fwd: ESCLARECIMENTO, PE 049/2023**

6 mensagens

**Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>  
Para: pregao3.novafriburgo@gmail.com

12 de abril de 2023 às 10:45

----- Forwarded message -----

De: **Bruna Padovan Marcondes** <bpadovan@prolife.com.br>

Date: qua., 12 de abr. de 2023 às 10:21

Subject: ESCLARECIMENTO, PE 049/2023

To: [pregaoeletronico.friburgo@gmail.com](mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com) <[pregaoeletronico.friburgo@gmail.com](mailto:pregaoeletronico.friburgo@gmail.com)>Cc: Fernanda Rezende <[frezende@prolife.com.br](mailto:frezende@prolife.com.br)>, Anna Paula L R Martins <[amartins@prolife.com.br](mailto:amartins@prolife.com.br)>

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

**Ref.: PE 049/2023 – ITEM 1: “ELETROCARDÍOGRAFO”**

Como acessório é requisitado: “1 cabo paciente 5 vias; 1 cabo paciente 10 vias”. Levando em consideração que eletrocardiógrafos usualmente utilizam apenas cabos de 10 vias, questionamos, serão aceitos, neste caso, a entrega de 2 cabos de 10 vias?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,

**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Analista - Licitações

Engenheira Biomédica

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.: 0800 606 4698

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

---

**Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>  
Para: Captação Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

12 de abril de 2023 às 11:13

Bom dia,

Por tratar-se de questões técnicas, encaminhamos para ciência e esclarecimentos necessários para o devido prosseguimento do feito (proc.: 16.577/2022).

**FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.**

Atenciosamente,

Comissão de Pregão III  
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>  
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

13 de abril de 2023 às 12:41

Boa tarde!

Segue resposta da unidade requisitante ao questionamento do fornecedor.

Att,

Érica Ribeiro  
Captação de Recursos e  
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Patrícia Soares** <patisc1101@gmail.com>  
Date: qui., 13 de abr. de 2023 às 12:35  
Subject: Re: ESCLARECIMENTO, PE 049/2023  
To: Captação Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>  
Cc: <atencaobasicanf.2021@gmail.com>

Boa tarde,

*Venho por meio deste encaminhar análise referente ao equipamento ofertado pela empresa Prolife Equipamentos Médicos Ltda., referente ao processo nº 16.577/2022, conforme análise da enfermeira Subsecretária de Atenção Básica Lucimar Figueira Ribeiro, a empresa pode entregar o equipamento com 2 cabos de 10 vias.*

Att,

Patrícia Soares

Gerente de Unidades Básicas de Saúde

Em qua., 12 de abr. de 2023 às 11:39, Captação Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:  
Bom dia!

Encaminho o pedido de esclarecimento do fornecedor referente ao P.A. 16577/2022 para análise e manifestação da Unidade Requisitante. O Termo de Referência segue em anexo para consulta ao descritivo solicitado e esclarecimentos de possíveis dúvidas.  
**Prazo para resposta: 13/04/2023.**

Att,

Érica Ribeiro  
Captação de Recursos e  
Planejamento em Saúde

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>  
Para: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

13 de abril de 2023 às 14:03

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue retorno do setor responsável.

Atenciosamente,  
Comissão de Pregão III

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Captacao Recursos** <captacaoderecursos.nf@gmail.com>  
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

19 de abril de 2023 às 14:23

Boa tarde!

Segue manifestação da Unidade Requisitante referente ao P.E. 049/2023.

Att,

Érica Ribeiro  
Captação de Recursos e  
Planejamento em Saúde

----- Forwarded message -----

De: **Patrícia Soares** <patisc1101@gmail.com>  
Date: qua., 19 de abr. de 2023 às 13:22  
Subject: Re: ESCLARECIMENTO, PE 049/2023  
To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>  
Cc: <atencaobasicanf.2021@gmail.com>

Boa tarde,

*Venho por meio deste encaminhar análise referente ao equipamento ofertado pela empresa Prolife Equipamentos Médicos Ltda., referente ao processo nº 16.577/2022, conforme análise da enfermeira Subsecretária de Atenção Básica Lucimar Figueira Ribeiro, a empresa deverá seguir as especificações do termo de referência*

Att,

Patricia Soares

Gerente de Unidades Básicas de Saúde

Em qua., 12 de abr. de 2023 às 11:39, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Encaminho o pedido de esclarecimento do fornecedor referente ao P.A. 16577/2022 para análise e manifestação da Unidade Requisitante. O Termo de Referência segue em anexo para consulta ao descritivo solicitado e esclarecimentos de possíveis dúvidas.

**Prazo para resposta: 13/04/2023.**

Att,

Érica Ribeiro  
Captação de Recursos e  
Planejamento em Saúde

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>  
Para: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

19 de abril de 2023 às 15:08

Ao responsável,

Em atenção ao e-mail anterior enviado, a unidade requisitante retificou à tempo a informação prestada, sendo necessário seguirmos a especificação técnica exata do referido item para o devido prosseguimento do certame.

[Texto das mensagens anteriores oculto]