

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº10	FICHA TÉCNICA FT 8.039	Emissão 04/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

**MEDVIAS 2 VIAS
ANVISA Nº80163570041**


FINALIDADE:

Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, conectando as vias de infusão (equipos, extensores, seringas) ao acesso venoso (scalp, cateter). Indicado para infusão simultânea de soluções parenterais. Conectores conforme Norma NBR ISO 80369-7:2022.

COMPOSIÇÃO:

01. Conector Luer Lock Valvulado)
 02. Corta Fluxo.
 03. Derivação.
 04. Tubo de PVC transparente com diâmetro interno de 2,60 mm ou neo nato com diâmetro interno 1,90 mm, com duas opções de comprimento:
Tubo com 5 cm cada : totalizando aproximadamente 15 cm o produto completo.
Tubo com 9 cm cada : totalizando aproximadamente 20 cm o produto completo
 05. Conector Luer Lock rotativo.
 06. Protetor Luer Lock rotativo (tampa)
 07. Protetor do conector Luer Slip (tampa).
 08. Protetor Luer Lock (tampa).
- Tampas reservas são opcionais, conforme solicitação do cliente.
9. Conector Luer Lock..
 10. Conector Luer Slip.
 12. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Óxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.

	Revisão Nº10	FICHA TÉCNICA FT 8.039	Emissão 04/2025	
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	08	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
02/2025	09	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira” e Atualização da Foto.
04/2025	10	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.