

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VENTURA BIOMÉDICA LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	57.182.230/0001-36
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.01.750-6
Nome do Dispositivo Médico	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA SYNCHRONY - SÉRIE CELLO
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Valvula Para Hidrocefalia
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10175060021
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351312580200891
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: VENTURA BIOMÉDICA LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 57182230000136 - Endereço: Av Francisco Chagas Oliveira 1100 Jardim Morumbi 15090190
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/11/2008
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/11/2033

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUcoes DE USO - VALVULA PARA HIDROCEFALIA SYNCHRONY - SERIE CELLO R.010.pdf	0655878238 - 27/06/2023 10:23:05

Modelo Produto Médico
099F100AD – Adulto Normal
099F100NEO – Neonatal Normal
099F100PED – Pediátrico Normal
099F135AD – Adulto Alta
099F135NEO – Neonatal Alta
099F135PED – Pediátrico Alta
099F20AD – Adulto Extra Baixa
099F20NEO – Neonatal Extra Baixa
099F20PED – Pediátrico Extra Baixa
099F45AD –Adulto Baixa
099F45NEO – Neonatal Baixa

099F45PED – Pediátrico Baixa
099F70AD – Adulto Média
099F70NEO – Neonatal Média
099F70PED – Pediátrico Média