

Catálogo de Produtos



Linha Peças de Mão

PEÇAS DE MÃO



Peça de mão de alta rotação utilizado para retirada de material cariado, preparação de cavidades e coroas, tratamento de superfícies e alisamento de superfícies dentais e restaurações.



*Corpo com número de série e símbolos gráficos gravados na caneta de acordo com NBR 9687;

*Todas peças de mão embalada em estojo que garanta a integridade do produto, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação,

*Confeccionada de acordo com ISO 14457:2017 (INMETRO);

*Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação;

RMS Anvisa 80349609008 - 80349609011 - 80349609014 - 80349609015

Dentemed
equipamentos odontológicos

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO

ALTA ROTAÇÃO



ALTAROTAÇÃO Prime PB S3 CX207-W

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm
- Turbina balanceada com eliminação de vibrações. Transmissão 1:1
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray externo triplo para refrigeração da parte ativa da broca
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses



ALTAROTAÇÃO Prime PB S4 CX207-B

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm
- Turbina balanceada com eliminação de vibrações
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray interno para refrigeração da parte ativa da broca
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses

RMS Anvisa 80349609015

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO

ALTA ROTAÇÃO



ALTAROTAÇÃO Prime PB LED S3 CX207-F

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm e com 18w de potencia
- Rolamento de esferas cerâmicas, turbina balanceada com eliminação de vibrações e microfiltro de água intercambiável.
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada em aço inox, bucha guia em metal duro, válvula antirrefluxo e acabamento na área de empunhadura
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray interno triplo para refrigeração da parte ativa da broca
- Sistema de iluminação por led de 25.000 lux
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses



ALTAROTAÇÃO Prime PB S4 CX207-B

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm e com 18w de potencia
- Rolamento de esferas cerâmicas, turbina balanceada com eliminação de vibrações e microfiltro de água intercambiável.
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada em aço inox, bucha guia em metal duro, válvula antirrefluxo e acabamento na área de empunhadura
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray interno Quadruplo para refrigeração da parte ativa da broca
- Sistema de iluminação por led de 25.000 lux
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO

ALTA ROTAÇÃO



ALTAROTAÇÃO Prime PB 45° CX207

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm
- Turbina balanceada com eliminação de vibrações
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray interno para refrigeração da parte ativa da broca
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses



ALTAROTAÇÃO Prime PB LED 45° CX207-F

- Fixação de Broca Push Button
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm
- Turbina balanceada com eliminação de vibrações
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray interno para refrigeração da parte ativa da broca
- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses

RMS Anvisa 80349609015

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO

ALTA ROTAÇÃO



ALTA ROTAÇÃO Prime PB Mini CX207-B
Fixação de Broca Push Button

Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm

Turbina balanceada com eliminação de vibrações

Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha

Cabeça arredondada

Totalmente autoclavável até 135°C

Spray interno para refrigeração da parte ativa da broca

- Terminal tipo Borden
- Peso: 26 ± 5 g
- Garantia de 12 meses



ALTA ROTAÇÃO Prime FG S3 CX207 -W

- Fixação de Broca Friction Grip (saca brocas);
- Rotação: > 280.000 rpm até 440.000 rpm;
- Rotores e Turbina precisamente balanceados com eliminação de vibrações;
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha;
- Formato ergonômico, corpo de espessura fina, ranhuras antiderrapantes e design arrojado com linhas arredondadas;
- Totalmente autoclavável até 135°C;
- Spray Triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca projetado minuciosamente para refrigerar e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios;
- Terminal tipo Borden com exclusivo tratamento Eletroquímico (enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca);
- Peso: 26 ± 5 g;
- Garantia de 12 meses;

RMS Anvisa 80349609015

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO



CONTRA ÂNGULO Prime 1:5 CX235C7

- Fixação de Broca PushButton;
- Sistema de transmissão de rotação 1:5 (Multiplicadora) e Turbina balanceada com eliminação de vibrações;
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha ;
- Cabeça arredondada fixa;
- Totalmente autoclavável até 135°C;
- Spray interno para refrigeração da parte ativa da broca;
- Acoplamento no micromotor por sistema INTRA (giro de 360° sobre o motor);
- Pressão de entrada: 2,2 bar (32lb/pol2) ;
- Garantia de 12 meses



CONTRA ÂNGULO Prime LT SE CX235C1

- Fixação da broca por Lâmina Trava em aço inoxidável e sistema Refrigeração externa ;
- Rotação 5.000 a 20.000 RPM e com pressão de trabalho máxima 50 PSI
- Relação de transmissão de rotação 1:1; no micromotor por sistema intra
- Acoplamento INTRA (giro de 360° sobre o motor);
- Totalmente autoclavável até 135°C;
- Material do corpo em alumínio anodizado; Angulo de 20° entre a cabeça e o pescoço
- Comporta utilização de broca AR e FG com adaptação no mandril FG para broca de alta rotação;
- Garantia de 12 meses;

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO



CONTRA ÂNGULO Prime PB SI CX235-1B

- Fixação de Broca manual Push Button
- Turbina balanceada com eliminação de vibrações
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado, aço inox, cobre e borracha
- Cabeça arredondada fixa
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Spray Duplo interno para refrigeração da broca
- Acoplamento no micromotor por sistema INTRA (giro de 360° sobre o motor);
- Pressão de entrada: 2,2 bar (32lb/pol²);
- Garantia de 12 meses



CONTRA ÂNGULO Prime PB SE CX 235C1

- Fixação da broca por Push Button e sistema de refrigeração externa
- Sistema Intra para acoplamento no micromotor
- Relação de transmissão de rotação 1:1
- Rotação 5.000 a 20.000 RPM
- Acoplamento no micromotor por sistema INTRA (giro de 360° sobre o motor)
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Material do corpo em liga de alumínio anodizado e aço inox
- Garantia de 12 meses

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO



PEÇA RETA Prime SI CX235-2B



- Rotação: 40.000 rpm
- Sistema para acoplamento no micromotor do tipo INTRA (giro de 360° sobre o micromotor)
- Relação de transmissão de rotação 1:1
- Sistema de troca de brocas através de giro do anel central que aciona a pinça que garante a fixação da broca
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado
- Garantia de 12 meses

PEÇA RETA Prime SE CX 235-2A



- Rotação: 5.000 a 20.000 rpm
- Sistema para acoplamento no micromotor do tipo INTRA (giro de 360° sobre o micromotor)
- Relação de transmissão de rotação 1:1
- Sistema de troca de brocas através de giro do anel central que aciona a pinça que garante a fixação da broca
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado. Trava simples, mancais com rolamento blindado.
- Garantia de 12 meses

Especificações Técnicas

PEÇAS DE MÃO



MICROMOTOR Prime SI CX235-3B

- Sistema para acoplamento no micromotor do tipo INTRA (giro de 360° sobre o micromotor)
- Relação de transmissão de rotação 1:1
- Sistema de troca de brocas através de giro do anel central que aciona a pinça que garante a fixação da broca
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado
- Garantia de 12 meses



MICROMOTOR Prime SE CX 235-3F

- Rotação: 5.000 a 20.000 rpm com pressão de trabalho máxima de 50 PSI
- Inversão (giro para direita ou esquerda) e controle de rotação
- Sistema de adaptação ao contra-ângulo e peça reta do tipo INTRA ISO 3964
- Spray externo
- Material do corpo fabricado em alumínio anodizado com ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel
- Totalmente autoclavável até 135°C
- Engate tipo BORDEN ISO 9168
- Garantia de 12 meses

Linha Peças de Mão

KIT ACADÊMICO



Óleo de lubrificação



Bolsa de transporte



Acompanha na bolsa do kit:

- *Estojo resistente para acondicionamento.
- *Prime Oil 200 ml- Oleo lubrificante de alta e baixa rotação.
- *Agulha Limpadora
- *Guarnição de borracha

R M SAnvisa80 349609016



Linha Peças de Mão

KIT ACADÊMICO

PB



Alta Rotação Prim ePB S3 CX207-W
ou Prim e PB S4 C X207-B



Alta Rotação com
SprayTriplo ouQuadruplo



Contra-Ângulo
Prime LTSECX235C1



Acoplamento Intra
Peça Reta e Contra Ângulo

Peça Reta
Prime CX235-2A



Micromotor
Prime ECX235-3F



Acoplamento Borden
Micromotor

RMS Anvis a 8034960901 6

Linha Peças de Mão

KIT ACADÊMICO

PB LED



Alta Rotação
Prime PBLED S3CX207 -F ou Prime PB LED S4 CX207-F



Alta Rotação com LED -
SprayTri plo ou Quadruplo



Contra-Ângulo
Prime LTSECX235C1



Acoplamento Intra
Peça Reta e Contra Ângulo



Peça Reta
Prime CX235-2A



Micromotor
Prime ECX235-3F



Acoplamento Borden
Micromotor

R MS Anvisa 8 0349609016



ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00, Rua Antônio Gravatá, 136-A-Cinquenário -CEP: 30570-040 -Belo Horizonte -MG, licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ASO, para o seguinte produto:

KIT PEÇAS DE MÃO DENTEMED
(ALTA ROTAÇÃO-CONTRA ÂNGULO-PEÇA RETA E MICROMOTOR)

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação
Produtos Consumíveis -Associados -Médicos e Odontológicos.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA



DATA: OUT/ 2024

VAL: OUT/2026

DIFERENCIAIS APROVADOS ***SELO DE QUALIDADE***

DIFERENCIAIS APROVADOS



- 1-Sistema de balanceamento computadorizado da turbina e rolamentos, garantindo alta confiabilidade para uso das brocas;
- 2-Peças leves, ergonômicas a anatômicas. Proporcionando conforto e segurança para o paciente, e melhor usabilidade do dentista;
- 3-Totalmente autoclaváveis;
- 4-Sistema de troca de broca por Push Button, proporcionando rapidez, velocidade e qualidade na troca/- substituição das brocas;

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Paulo Roberto de Freitas', is written over a horizontal line.

Presidente ABO Nacional

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.897.039/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.496-0
Nome do Dispositivo Médico	Kit Acadêmico Dentemed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	KIT ACADÊMICO
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80349609016
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Registro do Dispositivo Médico	25351050979202574
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010416 - Endereço: BLDG 4, DISTRICT A, GUANGDONG NEW LIGHT SOURCE INDUSTRIAL BASE, SOUTHR OF LUOCUN AVENUE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/04/2025
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Dentemed - Peças de Mão de Alta Rotação Motor - REV00.pdf	0666046255 - 16/05/2025 15:04:44
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Dentemed - Peças de Mão de Baixa Rotação Peça Reta - REV00.pdf	0666046255 - 16/05/2025 15:04:44
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário - Peças de Mão de Alta Rotação - REV00.pdf	0666046255 - 16/05/2025 15:04:43
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Dentemed - Peças de Mão de Baixa Rotação, Contra Ângulo - REV00.pdf	0666046255 - 16/05/2025 15:04:43

Modelo Produto Médico
Kit Prime One

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.897.039/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.496-0
Nome do Dispositivo Médico	Peças de Mão de Alta Rotação
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80349609015
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Registro do Dispositivo Médico	25351050917202562
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010416 - Endereço: BLDG 4, DISTRICT A, GUANGDONG NEW LIGHT SOURCE INDUSTRIAL BASE, SOUTH OF LUOCUN AVENUE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/04/2025
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário - Peças de Mão de Alta Rotação - REV00.pdf	0666084254 - 16/05/2025 15:11:16

Modelo Produto Médico
Prime PB S3 CX207-W – Código: H17-SP2 Prime
PB S4 CX207-B – Código: H33-SP2 Prime PB 45
CX207 – Código: H01-D1SP2 Prime PB LED S3
CX207-F – Código: H15-SP2 Prime PB LED S4
CX207-F – Código: H75-TP2 Prime PB LED 45
CX207-F – Código: H05-DSP2 Prime PB Mini
CX207-B – Código: H03-MP2

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.897.039/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.496-0
Nome do Dispositivo Médico	Peças de Mão de Baixa Rotação - Contra Ângulo
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80349609014
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Registro do Dispositivo Médico	25351050882202561
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010416 - Endereço: BLDG 4, DISTRICT A, GUANGDONG NEW LIGHT SOURCE INDUSTRIAL BASE, SOUTHR OF LUOCUN AVENUE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/04/2025
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Dentemed - Peças de Mão de Baixa Rotação - Contra Ângulo - REV01.pdf	1210655250 - 12/09/2025 10:35:42

Modelo Produto Médico
Contra Ângulo Prime LT SE CX235C1 – Código: C1-2
Contra Ângulo Prime PB SE CX235C1 – Código: C1-4
Contra Ângulo Prime PB SI CX235-1B – Código: C1-B
Contra Ângulo Prime 1:5 CX235C7 – Código: C7-6

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.897.039/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.496-0
Nome do Dispositivo Médico	Peças de Mão de Baixa Rotação - Peça Reta
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80349609008
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Registro do Dispositivo Médico	25351403342202412
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010416 - Endereço: BLDG 4, DISTRICT A, GUANGDONG NEW LIGHT SOURCE INDUSTRIAL BASE, SOUTHR OF LUOCUN AVENUE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	21/10/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Dentemed - Peças de Mão de Baixa Rotação Peça Reta - REV01.pdf	1210643251 - 12/09/2025 10:32:37

Modelo Produto Médico
Peça Reta Prime SE CX235-2A – Código: S-2A
Peça Reta Prime SI CX235-2B – Código: S-2B

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.897.039/0001-00
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.496-0
Nome do Dispositivo Médico	Peças de Mão de Baixa Rotação - Micromotor
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80349609011
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Registro do Dispositivo Médico	25351403347202437
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010416 - Endereço: BLDG 4, DISTRICT A, GUANGDONG NEW LIGHT SOURCE INDUSTRIAL BASE, SOUTHR OF LUOCUN AVENUE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/11/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL de Mão de Baixa Rotação Micromotor - REV01.pdf	Manual do Usuário Dentemed - Peças	1210635259 - 12/09/2025 10:29:54

Modelo Produto Médico
Micromotor Prime SE CX235-3F – Código: M-3F
Micromotor Prime SI CX-2353B – Código: M-3B

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRACERT** Nº Certificado: **BRC-24.5625.05** Tipo: **Produto** Emissão: **28/08/2024** Validade: **28/08/2029** Status do Certificado: **Ativo Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	BRASIL RUA ANTONIO GRAVATA, 136 - A - BETANIA - BELO HORIZONTE, MG Tel: (16) 99174-6010 Email: leonardocury1971@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DENTEMED	PEÇA RETA PRIME SE CX235-2A - CÓDIGO: S-2A	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA - RELAÇÃO: 1:1 < 40000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTINUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: EXTERNA
DENTEMED	PEÇA RETA PRIME SI CX235-2B - CÓDIGO: S-2B	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA - RELAÇÃO: 1:1 < 40000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTINUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: EXTERNA



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | **Serviços** | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRACERT** N° Certificado: **BRC-24.5625.04** Tipo: **Produto** Emissão: **28/08/2024** Validade: **28/08/2029** Status do Certificado: **Ativo Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	BRASIL RUA ANTONIO GRAVATA, 136 - A - BETANIA - BELO HORIZONTE, MG Tel: (16) 99174-6010 Email: leonardocury1971@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DENTEMED	MICROMOTOR PRIME SE CX235-3F - CÓDIGO: M-3F	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - 14000-25000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: INTERNA
DENTEMED	MICROMOTOR PRIME SI CX-2353B - CÓDIGO: M-3B	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO MICROMOTOR - 14000-25000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: EXTERNA



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

4 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRACERT** Nº Certificado: **BRC-24.5625.03** Tipo: **Produto** Emissão: **19/08/2024** Validade: **19/08/2029** Status do Certificado: **Ativo Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	BRASIL RUA ANTONIO GRAVATA, 136 - A - BETANIA - BELO HORIZONTE, MG Tel: (16) 99174-6010 Email: leonardocury1971@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DENTEMED	CONTRA ÂNGULO PRIME 1:5 CX235C7 - CÓDIGO: C7-6	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO: 1:5 < 200000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: FIBRA ÓPTICA IRRIGAÇÃO: INTERNA
DENTEMED	CONTRA ÂNGULO PRIME LT SE CX235C1 - CÓDIGO: C1-2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO: 1:1 < 40000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: NÃO POSSUI
DENTEMED	CONTRA ÂNGULO PRIME PB SE CX235C1 - CÓDIGO: C1-4	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO: 1:1 < 40000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: NÃO POSSUI
DENTEMED	CONTRA ÂNGULO PRIME PB SI CX235- 1B - CÓDIGO: C1-B	SIM	PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO - RELAÇÃO: 1:1 < 40000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI IRRIGAÇÃO: INTERNA



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | **Serviços** | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

7 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRACERT** N° Certificado: **BRC-24.5625.06** Tipo: **Produto** Emissão: **19/08/2024** Validade: **19/08/2029** Status do Certificado: **Ativo Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	BRASIL RUA ANTONIO GRAVATA, 136 - A - BETANIA - BELO HORIZONTE, MG Tel: (16) 99174-6010 Email: leonardocury1971@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DENTEMED	PRIME PB 45 CX207 - CÓDIGO: H01-D1SP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI		
DENTEMED	PRIME PB LED 45 CX207-F - CÓDIGO: H05-DSP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: LED (2.9 - 3.2 VC.C.)		
DENTEMED	PRIME PB LED S3 CX207-F - CÓDIGO: H15-SP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: LED (2.9 - 3.2 VC.C.)		
DENTEMED	PRIME PB LED S4 CX207-F - CÓDIGO: H75-TP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: LED (2.9 - 3.2 VC.C.)		
DENTEMED	PRIME PB MINI CX207-B - CÓDIGO: H03-MP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: LED (2.9 - 3.2 VC.C.)		
DENTEMED	PRIME PB S3 CX207-W - CÓDIGO: H17-SP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI		
DENTEMED	PRIME PB S4 CX207-B - CÓDIGO: H33-SP2	SIM	PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO - VELOCIDADE: >= 280000 RPM PARTE APLICADA B OPERAÇÃO: CONTÍNUA IPX0 ILUMINAÇÃO: NÃO POSSUI		



topo

